

Szczecin, dn. 24.01.2012 r.

Znak sprawy: ZP/220/02/12

Dotyczy: dostawy noży, trepanów, sond, kaniul, rezerwuarów oraz czoperów do specjalistycznych zabiegów okulistycznych dla SPSK nr 2 PUM (postępowanie poniżej 130.000 euro).

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1: Czy w Zadaniach nr 1-5 Zamawiający mógłby zmniejszyć ilość wymaganych próbek do 2 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody – ilość próbek zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści nóż CRESCENT o średnicy poprzecznej 2,3mm, ostrzony od góry?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3 nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT o średnicy poprzecznej 2,0 mm, z jednostronnie ostrzoną krawędzią tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza noża o średnicy poprzecznej 2,0mm. Zamawiający dopuszcza jednostronnie ostrzoną krawędź tnącą.

Pytanie 4: ZADANIE NR 2 Czy Zamawiający dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu SLIT trapezoidalny o średnicy poprzecznej 1,4x1,6mm z jednostronną krawędzią tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5: ZADANIE NR 3 Czy Zamawiający dopuści nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT do tunelu twardówkowego o średnicy poprzecznej 2,25mm z jednostronną krawędzią tnącą?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza noża o średnicy poprzecznej 2,25mm. Zamawiający dopuszcza jednostronnie ostrzoną krawędź tnącą.

Pytanie 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty katalogów producenta w języku angielskim?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na katalogi w języku angielskim.

Pytanie 7: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie: czy w przypadku gdy Wykonawca będzie świadczył dostawę korzystając z usług transportowych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy, fakt ten należy oznaczyć ofercie jako podwykonawstwo w realizacji zamówienia określone w art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie 8: (zadanie nr 2) Czy Zamawiający dopuści nóż typu slit 1,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9: (zadanie nr 3) Czy Zamawiający dopuści nóż typu Crescent 2,5mm jednostronnie ostrzony?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza noża o średnicy poprzecznej 2,5mm. Zamawiający dopuszcza jednostronnie ostrzoną krawędź tnącą.

Pytanie 10: (zadanie nr 9) Czy Zamawiający dopuści czoper o długości całkowitej 135mm, dł. części roboczej 15mm, średnicy 0,2mm?

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 PUM
W SZCZECINIE