

Szczecin, dn. 19.01.2016 r.

Znak sprawy: ZP/220/03/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, i uruchomienie 3 sztuk aparatów do znieczulania.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

umowa § 9 ust. 1 c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 10% wartości brutto umowy na 1% wartości brutto umowy w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądu technicznego w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) ?

Uzasadnienie: wystąpienie powyższej przesłanki najczęściej spowodowane jest uzasadnioną przyczyną, za którą Wykonawca nie ponosi winy a wysokość kary jest niewspółmiernie wysoka do szkody jaką może ponieść Zamawiający w przypadku opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego.

Zgodnie z art. 483 kc podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub należytego wykonania zobowiązania. Kara umowna nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego.

Odpowiedz:

Tak, Zamawiający dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie nr 2:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 2 (Pozycja A : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści wymiary aparatu: 75 cm głębokości i 82,5 cm szerokości? Są to parametry nieznacznie różniące się od podanych w specyfikacji i nie wpływają na dopasowanie się produktu do ograniczonych przestrzeni.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt.10 (Pozycja A : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia przez wytwórcę deklaracji kompatybilności oferowanego aparatu z monitorami Infinity Delta? Aparat do znieczulenia jest osobną jednostką od monitora i można używać do aparatu monitorów różnych producentów, nie wymaga to z punktu wymogów prawa deklaracji kompatybilności.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 22 (Pozycja A : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z respiratorem o napędzie pneumatycznym?

Odpowiedz:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 35 (Pozycja A : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie: wyłączone i od 4 do 30 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 37 (Pozycja A : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści regulacje czasu Plateau wdechu w zakresie od 5 do 60% czasu wdechu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 58 (Pozycja A : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści uchwyt ze stacją dokującą, ale bez pamięci ustawień i multiplikatora portów oraz bez zasilacza do posiadanych przez szpital na blokach operacyjnych monitorów Infinity Delta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 59 (Pozycja A : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści moduł gazów anestetycznych, CO₂ i N₂O jak i zamocowanie modułu do monitora, bez podłączenia do stacji dokującej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 2 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy zamawiający dopuści większe wymiary aparatu: 75 cm głębokości i 82,5 cm szerokości? Są to parametry nieznacznie różniące się od podanych w specyfikacji i nie wpływają na dopasowanie się produktu do ograniczonych przestrzeni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 11 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający zrezygnuje z dostarczenia przez wytwórcę deklaracji kompatybilności oferowanego aparatu z monitorami Infinity Delta? Aparat do znieczulenia jest osobną jednostką od monitora i można używać do aparatu monitorów różnych producentów, nie wymaga to z punktu wymogów prawa deklaracji kompatybilności.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 23 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z respiratorem o napędzie pneumatycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 36 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie: wyłączony i od 4 do 30 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 38 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści regulacje czasu Plateau wdechu w zakresie od 5 do 60% czasu wdechu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 64 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści monitor, który nie jest kompatybilny z monitorami serii Infinity Delta posiadany przez szpital na blokach operacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 66 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści system zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora tylko przez sieć przesyłu danych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 82 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści system TruSignal, wyposażony w przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec? System jest równoważny z podanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Załącznik nr 5 do SIWZ, pkt. 93 (Pozycja B : Aparat do znieczulania)

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie bez możliwości podłączenia posiadanego modułu BIS systemu Infinity?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18:

SIWZ, rozdział II, pkt. 5 b)

Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19:

SIWZ, rozdział III (Wzór umowy) par. 9 ust. 1 pkt. D

W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia.

W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.

1) rozdział III, § 9 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:

„c) w przypadku nieprzystąpienia do wykonania przeglądu technicznego w terminach wymaganych przez producenta (oraz wpisanych w paszporcie) – w wysokości 1% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem