

Szczecin, 28.02.2018 r.

Znak sprawy ZP/220/03/18

w sprawie: dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

WYJAŚNIENIA 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:**Pytanie 1:**

Zad 12 poz. 1

Czy zamawiający dopuści kołderki grzewcze polipropylenowe skonstruowane ze specjalnych tuneli, których zadaniem jest rozprowadzanie powietrza w momencie gdy górna warstwa kołdry (folia) częściowo ulegnie zniszczeniu (pęknięciu). Dzięki unikatowym specjalnym mikro otworom umieszczonym na całej powierzchni kołdry od strony pacjenta ciepło rozprowadzane jest równomiernie na całe ciało pacjenta. Dodatkowo kołdra pod całe ciało pacjenta zaopatrzona jest w specjalne otwory odprowadzające w czterech kierunkach mogący gromadzić się w czasie zabiegu pod pacjentem płyn.

Kołderki bez konieczności dodatkowej filtracji (obok filtra wbudowanego w urządzenie) kompatybilne z urządzeniami Warm Air oraz Thermacare TC 3003 prod. Cincinnati Sub-Zero Products, Inc. bez konieczności stosowania adapterów i osprzętu podłączeniowego, na całe ciało pacjenta dorosłego 91cmx213cm oraz pod całe ciało pacjenta dorosłego 221cmx91cm. Każda kołderka pakowana pojedynczo, opakowanie zbiorcze zgodne z wymaganiami zamawiającego. Kołdry w celu zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa wykonane z materiału niepalnego – I klasa palności zgodnie z 16 CFR 1610 Consumer Products Safety Commission. System mocowania kołdry do węża urządzenia za pomocą dopasowanego adaptera bez konieczności dodatkowego rozkładania.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.**Wykonawca II:****Pytanie 2:** Dotyczy Zadania nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej niż jedna oferta przetargowa?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.**Wykonawca III:****Pytanie 3:**

Zadanie nr 4 – Worek laparoskopowy.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania worek laparoskopowy jednorazowy do ekstrakcji narządów, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, umożliwiającą ponowne otwarcie worka, przymocowaną na stałe do popychaka z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie

**Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie**

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

rozwiniętym workiem i trzonem, posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce, worek o pojemności 350 ml, rozmiar: 10 x 17 cm, przez trokar 10 mm.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca IV:**Pytanie 4:****Dot. § 10 ust. 1 lit. c) wzoru umowy**

Zwracamy się z wnioskiem o do Zamawiającego o naliczanie kar umownych tylko od wartości niewykonanego świadczenia czyli umowy.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Dot. § 14 ust. 1a i 1b wzoru umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia §14 ust.1a i b wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu:

- a) co najmniej trzykrotnego **kolejnego** dostarczenia wyrobów z opóźnieniem;
- b) co najmniej 3-krotnego **kolejnego** dostarczenia wyrobów posiadających wady jakościowe, brak oznakowania, brak instrukcji i etykiet, niewłaściwe opakowanie bądź krótszy termin przydatności do użycia od określonego w umowie."

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawca V:**Pytanie 6:**

Prosimy o dopuszczenie w zadaniu nr 7 poz. 2 automatycznej igły do biopsji tkanek miękkich, z podwójnym spustem dostępnym w pozycjach proksymalnej i dystalnej, obsługiwanej jedną ręką, ecomarkerem widocznym pod USG, skalowanej co centymetr, w rozmiarach: 14G, 16G, 18G, 20G i długościach 100mm, 120mm, 160mm 200mm, 250mm, 300mm.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca VI:**Pytanie 7:**

Dotyczy Zadanie 3. Pkt.1

Czy Zamawiający dopuści łatwy do wykonania, szybki test do wykrywania płynu owodniowego (wykrywający obecność dwóch białek: alfa-fetoproteiny (AFP) oraz białka łożyskowego 12 (PP12) obecne w wysokich stężeniach w płynie owodniowym)) w wydzielinie pochwowej, pozwalający szybko i pewnie zdiagnozować pęknięcie błon płodowych, w postaci sterylnej wymazówki, paska testowego oraz fiolki z roztworem? Test oparty na wykrywalności AFP oraz PP12 charakteryzuje się wysoką czułością (99,5%) oraz niższym współczynnikiem fałszywych wyników negatywnych, w porównaniu do testów opartych na innych metodach wykrywania wód płodowych.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca VII:**Pytanie 8:**

Pakiet 10: „Czy Zamawiający w celu potwierdzenia wymaganej kompatybilności wymaga aby oferenci załączyli do oferty certyfikat / oświadczenie oryginalnego producenta technologii Oximax potwierdzające kompatybilność zaoferowanych czujników ?

Odpowiedź: wymagania zamawiającego zgodnie z SIWZ.

Wykonawca VIII:**Pytanie 9:**

W zadaniu 13 w pozycji 3 Zamawiający wyspecyfikował:

Zgłębnik z prowadnicą typu PUR: Sterylny, jednorazowy. Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia do jelita lub żołądka typu PUR. Wykonany z poliuretanu. W komplecie z prowadnicą. Kontrastujący w promieniach TG. Wolny od DEHP. W rozmiarach minimum: 6CH, 10CH, 12CH i długościach 60cm, 110cm, 1230cm.

Zachodzi podejrzenie omyłki pisarskiej w określeniu długości. Czy Zamawiający miał na myśli długość 130 cm a nie 1230 cm. Prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź: zamawiający potwierdza, że długość zgłębnika 1230 cm jest wynikiem omyłki pisarskiej zamawiającego i że długością prawidłową jest 130 cm.

W dniu 12.02.2018 r. zamawiający dokonał modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia w zakresie długości zgłębnika, zamieszczając ją na swojej stronie internetowej.

Wykonawca IX:**Pytanie 10:**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka laparoskopowego jednorazowego do ekstrakcji narządów, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu, uniemożliwiającą ponowne otwarcie worka, przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym, ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwiniętym workiem i trzonem, posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce.

Dostępne dwa rozmiary:

- 8.8cm i 13cm, średnica trzpienia 10mm, pojemność 200ml

-11 cm i 21 cm, średnica trzpienia 10mm, pojemność 400ml

Opakowanie zewnętrzne minimum podwójnie opisane: nazwa, producent, nr katalogowy, nr serii, data ważności.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawca X:**Pytanie 11:**

Do treści §3 ust. 2 prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: „... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu.”

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ, jednocześnie zwracając uwagę na użyte przez Wykonawcę określenie „prawa powszechnie obowiązującego”.

Pytanie 12:

Do treści §4 projektu umowy. Skoro Zamawiający przewiduje dostawy sukcesywne, zgodne z bieżącym zapotrzebowaniem, czyli nie przewiduje konieczności dłuższego przechowywania zamówionych produktów w magazynie apteki szpitalnej, to dlaczego wyznacza warunek 24-miesięcznego okresu ważności zamówionych towarów? Wskazujemy przy tym, że zgodnie z Prawem farmaceutycznym produkty lecznicze do ostatniego dnia terminu ważności są pełnowartościowe i dopuszczone do obrotu. W związku z powyższym prosimy o dopisanie do §4 projektu umowy następującej treści: „... dostawy produktów z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.”

Odpowiedź: zamawiający zwraca uwagę wykonawcy na bezzasadność powołania się na przepisy Prawa farmaceutycznego w odniesieniu do produktów leczniczych w sytuacji, gdy przedmiotem zamówienia są wyroby medyczne.

Jednocześnie, z uwagi na to, że §4 wzoru umowy w niniejszym postępowaniu dotyczy okresu przydatności do użycia, zamawiający odnosząc się do pytania wykonawcy nie wyraża zgody na zmianę.

Pytanie 13:

Do §10 ust. 1 ppkt a) projektu umowy. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego kar umownych za niedostarczenie w terminie zamówionej partii towaru lub towaru podlegającego reklamacji poprzez zapis o karze w wysokości 0,5% dziennie, ale liczonej od wartości brutto nie dostarczonego w terminie zamówienia lub zamówienia podlegającego reklamacji bez górnego limitu 50zł dziennie?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14:

Do §10 ust. 1 ppkt b) projektu umowy. Prosimy o obniżenie wymiaru kary do 20 zł za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umowy w §10 ust. 1 ppkt c) poprzez zapis o ewentualnej karze za odstąpienie od umowy w wysokości 10% wartości brutto NIEZREALIZOWANEJ części przedmiotu umowy lub niezrealizowanej części zadania?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16:

Czy w przypadku wstrzymania produkcji lub wycofania z obrotu przedmiotu umowy i braku możliwości dostarczenia zamiennika produktu w cenie przetargowej (bo np. będzie to groziło rażącą stratą dla Wykonawcy), Zamawiający wyrazi zgodę na sprzedaż w cenie zbliżonej do rynkowej lub wyłączenie tego produktu z umowy bez konieczności ponoszenia kary przez Wykonawcę (dotyczy zapisu §11 projektu umowy)?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust. 1-1b, 1d, 1e Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §12 umowy. Czy w związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18:

Do §19 ust. 3 projektu umowy. Ze względu na to, że podstawowy okres obowiązywania umowy jest stosunkowo długi, a zmiany cen leków na rynku trudne do przewidzenia, to prosimy o skrócenie okresu dodatkowego obowiązywania umowy do 6 miesięcy w stosunku do okresu podanego w §19 ust. 1 projektu umowy.

Odpowiedź: z uwagi na to, że przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są wyroby medyczne, a nie leki, zamawiający uważa pytanie za bezprzedmiotowe. Jednocześnie, z uwagi na to, że §19 wzoru umowy w niniejszym postępowaniu dotyczy prawa zamawiającego do przedłużenia terminu realizacji umowy zamawiającej, odnosząc się do pytania wykonawcy nie wyraża zgody na zmianę.

Wykonawca XI:**Pytanie 19:**

Dot. zadanie nr 6: czy zamawiający dopuści do przetargu ergonomiczne okulary samoprzylepne (bezklejowe), które dzięki swojej unikalnej technologii oraz użytych materiałów (bioadhezyjny hydrożel) skutecznie chronią oczy małego pacjenta podczas zabiegu fototerapii. Materiał mający kontakt z okiem jest czystą bawełną bez dodatku barwników. Okulary po nałożeniu dobrze przylegają do skóry i nie przesuwają się; nie zawierają lateksu. Możliwość wielokrotnego stosowania u jednego pacjenta sprawia, że okulary są ekonomiczne w użyciu. Okulary występują w trzech rozmiarach:

90x38,5 mm (najmniejsze noworodki/wcześnieki), 110x47 mm (małe noworodki) oraz 130x60mm (średnie noworodki).

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20:

Czy zamawiający wydzieli okulary z zadania nr 6 jako oddzielne zadanie celem zaoferowania jednego asortymentu wyrobów medycznych – okularów?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawca XII:**Pytanie 21:**

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego oddechu wskazujący prędkość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących prędkość przepływu

600/900/1200 cm³/s. Produkt wykonany z HDPE (wysokiej gęstości polietylenu), LDPE (niskiej gęstości polietylenu), PS (polistyrenu) i ABS (kopolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego) i medycznej jakości PCV.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawca XIII:

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia

Pytanie 22:

dotyczy pakietu 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do resuscytacji NEOPUFF wg opisu: Jednorazowego użytku. Ramię wdechowe niepodgrzewane o długości 120cm. Na końcu układu z regulowaną zastawką PEEP, rozmiar zgodny z ISO. Łącznik obrotowy od strony pacjenta 22M/15F.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza (dopuszcza, nie wymaga) wyrób o długości 120 cm – pozostałe parametry bez zmian, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23:

dotyczy pakietu 6 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie układu oddechowego do aparatu do resuscytacji NEOPUFF wg opisu: Jednorazowego użytku. Ramię wdechowe niepodgrzewane o długości 200cm. Na końcu układu z regulowaną zastawką PEEP rozmiary zgodnie z ISO. Łącznik obrotowy od strony pacjenta 22M/15F.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza – wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytania dotyczące SIWZ – Rozdział II – Wzór umowy

Pytanie 24:**dotyczy §10 ust. 1 pkt a)**

Prosimy o zmianę zapisów w/w ustępu w sposób następujący:

„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Zamawiającemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia”.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na zmianę – zapis zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25:**dotyczy §10 ust. 1 pkt b)**

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie w/w zapisów.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie.

Wykonawca XIV:**Pytanie 26:**

Czy Zamawiający w zadaniu 4 poz. 1 dopuści worek do usuwania preparatów o następujących cechach: wykonany z wytrzymałego, niepodatnego na rozciąganie tworzywa PEEK (polietero-eteroketon). Worek o dostępnych pojemnościach 200ml, 800ml i 1200ml. Średnice wejścia odpowiednio: 50mm-100mm-130mm.



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



Wszystkie pojemności kompatybilne z trokami o średnicy 10mm. Worek zaopatrzony w nitinolowy drut z pamięcią kształtu, ułatwiający manewrowanie oraz napełnienie worka w trakcie zabiegu. Wyposażony w zaciskowy mechanizm zamykania z możliwością otwierania, nie posiadający uchwytu nożycowego na dwa palce. Aplikacja wyłącznie za pomocą kaniuli i popychacza- po wysunięciu nie blokuje trokaru. Dla szybkiego wyboru kodowane kolorami.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?

Odpowiedź: informacja na temat procesów elektronicznych w niniejszym postępowaniu zawarta jest w ogłoszeniu o zamówieniu (sekcja VI, pkt VI.2), opublikowanym w DZ. U. UE oraz na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie 28:

Ad par. 10 ust. 1a) wzoru umowy

Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości towaru nie dostarczonego lub nie wymienionego w terminie, za każdy dzień zwłoki, oraz wykreślenie zapisu, że kara ma być nie mniejsza niż 50 zł za dzień – kara o tej wysokości może stanowić nawet 20% wartości nie dostarczonego towaru lub więcej, jest więc niewspółmierna do przewinienia – szczególnie, że umowa dotyczy dostawy jednorazowego sprzętu medycznego, który posiada relatywnie niskie ceny jednostkowe.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody – zapisy zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,

.....
DYREKTOR SPSK-2

Sporz. K. Rogiewicz

Kontakt: DZP SPSK-2 w Szczecinie
Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13
zamowienia@spsk2-szczecin.pl



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

