

Szczecin, dn. 23.02.2016 r.

**Znak sprawy: ZP/220/05/16**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą elektrod oraz dostawa kardiowerterów – defibrylatorów serca.*

## WYJAŚNIENIE NR 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Zadanie 3.1-4 parametry techniczne

**Punkt 9:** Zgodnie z punktem 9 dotyczącym parametrów technicznych do zadania nr 3 Zamawiający wymaga zestawów do CS które nie zostały uwzględnione w formularzu cenowym. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na utworzenie pozycji 5 w ilości 20 sztuk w formularzu cenowym w celu stworzenia możliwości zaproponowania dedykowanego zestawu do CS w połączeniu z wymaganą w SIWZ elektrodą lewokomorową?

### **Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona stosownej modyfikacji załącznika cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 4 do formularza oferty.

W załączeniu Zamawiający przekazuje Zmodyfikowany załącznik nr 4 do formularza oferty. Zamawiający zmodyfikował Zadanie nr 3, dopisując pozycję nr 5.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

*Z poważaniem*