

Szczecin, dnia 26.01.2017 r.

Znak sprawy: ZP/220/05/17

***w sprawie: na dostawę testów diagnostycznych do diagnostyki alergologicznej, kompatybilnych z analizatorem UNI CAP na potrzeby Pracowni Alergologicznej SPSK-2 Dostawy***

## Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**1.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu dostarczania testów diagnostycznych z terminem ważności min. 12 miesięcy dla części odczynników wymienionych poniżej:

f232 nGal d 2 Ovalbumin, Egg	- min. 6 miesięcy
f76 nBos d 4 alpha-lactalbumin, Milk	- min. 6 miesięcy
f77 nBos d 5 beta-lactoglobulin, Milk	- min. 6 miesięcy
f78 nBos d 8 Casein, Milk	- min. 6 miesięcy
f416 rTri a 19 Omega-5 Gliadin	- min. 6 miesięcy
f425 rCor a 8, Hazel nut	- min. 6 miesięcy
f428 rCor a 1, Hazel nut	- min. 6 miesięcy
f233 nGal Ovomuroid, Egg	- min. 6 miesięcy
f352 rAra h 8 PR-10, Peanut	- min. 6 miesięcy
f435 rMAL d 3 LTP, Apple	- min. 6 miesięcy
f439 rCora 14, Hazel nut	- min. 6 miesięcy
f440 nCor a 9, Hazel nut	- min. 6 miesięcy
c6 Amoxicilloyl	- min. 6 miesięcy
c5 Ampicilloyl	- min. 6 miesięcy
c1 Penicilloyl	- min. 6 miesięcy
c2 Penicilloyl	- min. 6 miesięcy
d205 rDer p 10 Tropomiosin	- min. 6 miesięcy
i208 rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee	- min. 6 miesięcy
i209 rVes v 5, Common wasp	- min. 6 miesięcy
c1 Penicilloyl	- min. 6 miesięcy
c2 Penicilloyl	- min. 6 miesięcy
Development Solution	- min. 4 miesiące
ImmunoCAP Tryptase calibrator	- min. 6 miesięcy
ImmunoCAP Tryptase Anti-Tryptase	- min. 6 miesięcy
ImmunoCAP Tryptase	- min. 3 miesiące

**Ad 1).** Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z zaproponowanymi terminami ważności.

**2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczanie odczynników z etykietami w języku angielskim ?

Z takimi etykietami wyroby są rejestrowane i producent nie oferuje wyrobów z innymi etykietami.

Ad 2). Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie odczynników z etykietami w języku angielskim.

Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami odpowiednio zostają zmodyfikowane odpowiednie punkty SIWZ.

***Z poważaniem***