

Szczecin 27-02-2012r

znak sprawy: ZP/220/06/12

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (powyżej 130 000 Euro)
na dostawę bielizny ochronnej i operacyjnej**Wyjaśnienia nr 3**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**ZADANIE NR 6**

1. **Poz. nr 1** - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w pozycji h) serwety na stolik narzędziowy zbudowanej w całości z folii, środkowa część wzmocniona warstwą chłonną z wiskozy, długość 140cm; szerokość włókniny wiskozowej 75cm?

Wyżej wymieniona serweta jest serwetą przeznaczoną na stolik narzędziowy, i nie ma bezpośredniego kontaktu z polem operacyjnym. Pozostałe serwety oferowanego przez nas zestawu - pozycja a, b, c, spełniają wymagania SIWZ, są jednorodne dwu lub trójwarstwowe na całej powierzchni.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza proponowaną serwetę.****Zamawiający jednocześnie unieważnia w całości wyjaśnienia nr 2 dokonane w dniu 24-02-2012r dotyczące zadania 8.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem.....
DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE