

Szczecin, 20.02.2018 r.

**Znak sprawy: ZP/220/07/18**

w sprawie: dostawy systemu do nawilżania tlenu do respiratorów, wosku kostnego oraz pasków do zamykania ran na potrzeby Klinik SPSK-2.

**Wyjaśnienia nr 1**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Wykonawca I:**

**Pytanie 1:** Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku składającego się z wosku pszczelego, parafiny stałej 80% i palmitynianu izopropylu 20%? Palmitynian izopropylu jest substancją zmiękczającą. Wosk pakowany jest w saszetki po 2,5 g.

**Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

**Wykonawca II:**

**Pytanie 2: Zadanie nr 2, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wosku o składzie mieszanina wosków pszczelich – 80 % oraz palmitynianu izopropylowego – 20 %?

**Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem,

.....  
DYREKTOR SPSK-2

Sporz.: Katarzyna Rogiewicz  
DZP SPSK-2 w Szczecinie  
Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13  
[zamowienia@spsk2-szczecin.pl](mailto:zamowienia@spsk2-szczecin.pl)



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie  
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin  
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,  
Sekretariat Dyrektora oraz  
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15  
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900  
Strona internetowa: [www.spsk2-szczecin.pl](http://www.spsk2-szczecin.pl) adres e-mail: [spsk2@spsk2-szczecin.pl](mailto:spsk2@spsk2-szczecin.pl)

