

Szczecin, dn. 22.01.2013 r.

znak sprawy: ZP/220/08/13

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

pkt. 13

Czy Zamawiający dopuści wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeźiernej i pojemności maksymalnej 1,25 l.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2:

pkt. 16

Czy Zamawiający dopuści pneumatyczny napęd respiratora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:

pkt. 20

Czy Zamawiający dopuści regulację wyzwalacza przepływowego w zakresie min 0,5 -10 l/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ różnica wynosi ponad 15%.

Pytanie nr 4:

pkt. 27

Czy Zamawiający dopuści PEEP w zakresie wyłączony, 4-30 cm H₂O?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dolna wartość jest dwukrotnie większa od wymaganej.

Pytanie nr 5:

pkt. 37

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez ciągłej kalkulacji zużycia środków i gazów anestetycznych – ekonometr znieczulenia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

pkt. 48

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia bez prezentacji objętości minutowej przecieku na ekranie w formie cyfrowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 7:

pkt. 55

Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z interaktywnym testem wymagającym współpracy użytkownika w trakcie testu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Monitor Pacjenta:

Pytanie nr 8:

pkt. 7.1

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny monitor bez stacji dokującej z multiplikatorem portów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9:

pkt. 9.2

Czy Zamawiający dopuści możliwość pomiaru 12 –u odprowadzeń EKG z 10 elektrod jako metodę bardziej dokładną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

pkt. 9.4

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości akcji serca +/-5% lub +/- 5 uderzeń na minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż wartość jest pięciokrotnie większa od wymaganej.

Pytanie nr 11:

pkt. 10.3

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru częstości oddechu : nie gorszą niż +/- 5% lub +/- 5 oddechów na minutę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dokładność dwukrotnie mniejsza od wymaganej.

Pytanie nr 12:

pkt. 11.2

Czy Zamawiający dopuści pomiar saturacji z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 cyfry?

Odpowiedź:

Nie. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 13:

pkt. 14.2

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru ciśnienia - 40 do 320 mmHg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14:

pkt 14.3

Czy Zamawiający dopuści dokładność pomiaru ciśnienia nie gorszą niż +/-2 mm Hg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Dokładność dwukrotnie gorsza od wymaganej.

Pytanie nr 15:

pkt.15.3

Czy Zamawiający dopuści monitor bez automatycznego ustawienia granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 16:

pkt 16.2

Czy Zamawiający dopuści prezentacje trendów z minimum 10 min albo z 60 min wraz z odpowiednimi krzywymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:

pkt 18.3

Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy monitora o urządzenie wolnostojące do pomiaru ciągłego rzutu serca metodą PiCCO.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania dotyczące SIWZ i wzoru umowy:**Pytanie nr 18:**

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu dołączenia do oferty kopii zgłoszenia do Rejestru wyrobów medycznych oraz wykreślenie z § 3 ust. 1 zapisów dotyczących zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych.

W świetle ustawy o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. dokumentami dopuszczającymi wyroby do obrotu i używania są obecnie: deklaracja zgodności i ew. certyfikat CE.

Odpowiedź:

Zamawiający w rozdziale I pkt. IX ppkt. 1.1. lit. c) żąda złożenia kopii zgłoszenia (**powiadomienia**) do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania.

Dokumenty wymienione w pkt 1 lit. b) i c) należy załączyć, jeżeli jest to wymagane przepisami Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, z 2010 r., poz. 679).

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 1 wzoru umowy na następujący:

„W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

- a) w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru.
- b) w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,2 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto wadliwego towaru
- c) z tytułu odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Sprzedający – w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikacje niniejszego zapisu na następujący:

Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym **Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.** Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem