

znak sprawy: ZP/220/107/14

Szczecin, dnia 18-12-2014r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

#### Wyjaśnienia 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

#### **Pytanie 1**

##### **Pytanie do pakietu nr 14**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 1 z ww. pakietu wydzielenie pozwoleń na wystartowanie wyłącznemu dystrybutorowi firmy Fisher&Paykel.

##### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.**

#### **Pytanie 2**

##### **Pytanie do pakietu nr 12 „Komory, układy oddechowe”.**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. nr 1 z ww. pakietu wydzielenie pozwoleń na wystartowanie wyłącznemu dystrybutorowi firmy Fisher&Paykel.

##### **Odpowiedź**

**Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane wydzielenie.**

#### **Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 1 wymaga by filtr (opis jak w siwz) posiadał wyraźnie wydzieloną (oddzielną) warstwę celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci.

##### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza aby filtr (opis jak w siwz) posiadał wyraźnie wydzieloną (oddzielną) warstwę celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci.**

#### **Pytanie 4**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 1 wymaga by celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci oferowanego filtra (opis jak w siwz) charakteryzował się dużą powierzchnią wymiany – nie mniejszą niż 2000 cm<sup>2</sup>.

##### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza aby celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci oferowanego filtra (opis jak w siwz) charakteryzował się dużą powierzchnią wymiany – nie mniejszą niż 2000 cm<sup>2</sup>**

#### **Pytanie 5**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz.1 dopuści skuteczność nawilżania 34 mg H<sub>2</sub>O/l ?

##### **Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.**

*Z poważaniem*

.....  
**DYREKTOR SPSK-2**