

Szczecin, 19.12.2017 r.

Znak sprawy: ZP/220/116/17

Dotyczy: dostawy taśm i siatek do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet.

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j. z dnia 2015.12.22), zwanej dalej „PZP” Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

WYKONAWCA I:**Zadanie nr 2**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2:

Pytanie 1: poz. 1 makroporowatą siatkę z polipropylenu monofilamentowego o wymiarach 60-90 x 75 mm, o anatomicznym kształcie, z podwójnymi ramionami z każdego boku o długości 180-195 mm i szerokości 10 mm, grubości siatki 0,34 mm, grubości nici siatki 150 µm, gramaturze 45 g/m², porowatości 55-60% ? Narzędzie do metody przezczasłowej techniką od zewnątrz do środka przekazemy nieodpłatnie wraz z pierwszym zamówieniem.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: poz. 2 makroporowatą taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z całkowicie jednorodnych monofilamentowych włókien polipropylenowych, taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce (dodatkowa sterylność, ułatwia pozycjonowanie – w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm), szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, grubość nici 150 µm, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, wielkość porów 1,25 mm², zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, splót powodujący łatwe przechodzenie przez powłoki.

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 3: poz. 3 siatkę do korekcji wypadania przedniej i tylnej ściany pochwy i do wzmocnienia dna miednicy, z sześcioma ramionami, każde w plastikowej osłonce, makroporowata, z całkowicie jednorodnych monofilamentowych włókien polipropylenowych, niewchłaniałna, ultralekka, o grubości 150 µm i wadze 45 g/m².

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4:

Pytanie 4: poz. 1 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z całkowicie jednorodnych monofilamentowych włókien polipropylenowych, taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce (dodatkowa sterylność, ułatwia pozycjonowanie – w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm), szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, grubość nici 150 µm, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, wielkość porów 1,25 mm², zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, splot powodujący łatwe przechodzenie przez powłoki? Dwie igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą "inside-out" przekazujemy nieodpłatnie wraz z pierwszym zamówieniem.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: poz. 2 taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, z całkowicie jednorodnych monofilamentowych włókien polipropylenowych, taśma w plastikowej dwuczęściowej osłonce (dodatkowa sterylność, ułatwia pozycjonowanie – w środkowej części brak osłonki na odcinku ok. 1,5 cm), szerokość 1,1 cm, długość 45 cm, grubość nici 150 µm, gramatura 45 g/m², grubość siatki 0,34 mm, wielkość porów 1,25 mm², zakończona długimi wąsami ułatwiającymi implantację, splot powodujący łatwe przechodzenie przez powłoki? Dwie igły ze stali chirurgicznej, profilowane do przejścia przez otwory zasłonowe metodą "inside-out" przekazujemy nieodpłatnie wraz z pierwszym zamówieniem.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

WYKONAWCA II:**Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, poz. nr 1:**

- 20 szt. systemów do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu, siatki jednorodne, niewchłaniające, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropyleń, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, systemy wykonane w technologii quadrixial,

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, do implantacji przez otwory zasłonowe, nie połączona z taśmami?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, poz. nr 2:

- 30 szt. systemów do leczenia nietrzymania moczu, monofilament, polipropyleń, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m²,



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



wykonane w technologii quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici?

Odpowiedź: zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 2, poz. nr 3:

10 szt. siatek do korekcji zaburzeń statyki narządu rodnego i leczenia nietrzymania moczu, siatki jednorodny, niewchłaniałny, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, grubość nici 80 µm, gramatura 48 g/m², porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wykonane w technologii quadriaxial, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez wplecionej niebieskiej nici?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: W razie wyrażenia zgody na którąkolwiek z w/w pozycji w Zadaniu nr 2 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ ich wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiegokolwiek pozycji z zadania nr 2 i na utworzenie odrębnego zadania.

Pytanie 10: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 3, poz. nr 1, 6:

- taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wykonane w technologii quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez znacznika, bez nici do korekty?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: W razie wyrażenia zgody na w/w pozycje w Zadaniu nr 3 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej/ ich wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiegokolwiek pozycji z zadania nr 3 i na utworzenie odrębnego zadania.

Pytanie 12: Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 4, poz. nr 1,2:

- taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu, monofilament, polipropylen, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodnych, niewchłaniających, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubość taśmy 0,33 mm, gramatura 48 g/m², wykonane w technologii quadriaxial, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, bez trokara
- oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do implantacji metodą przezzaślonoową?

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza, wymagania zgodnie z SIWZ.



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



Pytanie 13: W razie wyrażenia zgody na jedną pozycję w Zadaniu nr 4 zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej wydzielenie i utworzenie odrębnego zadania.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie jakiegokolwiek pozycji z zadania nr 4 i na utworzenie odrębnego zadania.

WYKONAWCA III:

Pytanie 14: do pakietu nr 1, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach:

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry:

1. System jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m²
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out.

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza (wymagania zgodnie z SIWZ) oraz nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 15: do pakietu nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach:

System leczenia wypadania macicy. Jest wskazany w zabiegach naprawy wypadnięcia przedniego i szczytowego poprzez wzmocnienie struktur dna miednicy. Zabieg przeprowadzany jest za pomocą jednego nacięcia pochwy. Jest to system jednorazowy, przeciwbrotowy pozwalający na precyzyjne połączenie pomiędzy implantem a więzadłem krzyżowo kolcowym, posiadający 6 punktów mocowania o kącie 360 stopni. Siatka polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniałna o bardzo delikatnej strukturze w części centralnej - gramatura 16 g/m². Łatwy do zidentyfikowania znak w części centralnej daje możliwość symetrycznego umieszczenia implantu pod szyją pęcherza moczowego. Specjalnie zaprojektowany instrument pozwala na bezpieczne i precyzyjne wszczepianie do więzadeł krzyżowo-kolcowych i wewnętrznych mięśni zasłonowych. System pętli na ramionach mocujących umożliwia dostosowanie naprężenia przy wsparciu podcewkowym.

Parametry techniczne:

- grubość siatki-0,5 mm wielkość porów-0,5-1 um
- wymiary: 120 mm x 113 mm

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 1.



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numerzy telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl



Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza (wymagania zgodnie z SIWZ) oraz nie wyraża zgody na wydzielenie.

Pytanie 16: do pakietu nr 2, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu o następujących właściwościach:

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet. Parametry:

1. System jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m2
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out .

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji z pakietu nr 2.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza (wymagania zgodnie z SIWZ) oraz nie wyraża zgody na wydzielenie.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe podczas przygotowywania i składania ofert.

.....
DYREKTOR SPSK-2

Sporz. K. Rogiewicz

Kontakt: Katarzyna Rogiewicz

DZP SPSK-2 w Szczecinie

Tel. 91 466 10 88 fax 91 466 11 13

zamowienia@spsk2-szczecin.pl



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,

Sekretariat Dyrektora oraz

Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

