
Szczecin dnia 08-01-2014r**znak sprawy: ZP/220/117/13**

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa **zestawów do pomiaru rzutu serca metodą PICCO, żeli medycznych oraz innych wyrobów medycznych jednorazowego użytku**

Wyjaśnienia nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**Czy Zamawiający w pakiecie 10 dopuszcza:**

Poz. 2 worek stomijny, zamykany na rzep o rozmiarze do docięcia 10-76mm

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza****Poz. 8** płytki hydrokoloidowa o rozmiarze do docięcia 40/10-35mm oraz 40/15-23mm

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 9 oraz 10 do osobnego pakietu co umożliwi składanie większej ilości konkurencyjnych ofert, gdyż nie wszystkie firmy posiadają w swoim asortymencie płytki plastyczne.

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza**

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych m(worki stomijne pakowane po 30 sztuk w opakowaniu handlowym, płytki stomijne pakowane po 5 sztuk w opakowaniu handlowym)? W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin. Czy Zamawiający dopuszcza taką możliwość?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza**

Czy Zamawiający dopuszcza aby zapłata za dostarczony towar nastąpiła w okresie do 60 dni od daty złożenia zamówienia? W przypadku naszej firmy w systemie po wprowadzeniu zamówienia z automatu generuje się faktura VAT, która nalicza termin płatności od momentu jej powstania czyli w większości przypadków jest to ten sam dzień wprowadzenia zamówienia. Niestety dopiero w przyszłości po nowym roku nastąpi zmiana w systemie. Czy Zamawiający póki co dopuści taką możliwość?

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza**

Pytanie 2

Czy Zamawiający w zadaniu nr 11 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał (opcjonalnie do wyboru) cewnik w przynajmniej dwóch rozmiarach – standardowy (9Ch lub mniej) oraz większy (12Ch lub więcej), który umożliwi efektywne drenowanie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw

Pytanie 3

Zadanie 2 poz.3

Czy Zamawiający dopuści osłonki na termometr w opakowaniu a'200szt.?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dot. Zadania 11

czy Zamawiający oczekuje zaoferowania bezpiecznego zestawu do punkcji opłucnej z jednym zaworem automatycznym jednokierunkowym czy też z serią zastawek.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw.

Pytanie 5

Dot. §3 pkt.1 wzoru umowy.

Wnosimy o modyfikację w/w punktu wzoru umowy poprzez dopisanie z wyłączeniem sytuacji gdy nastąpił brak zapłaty przez Zamawiającego za dostarczony towar w terminie określonym w § 7 ust.1”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 6

Dot. §5 pkt.1 wzoru umowy.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu wymiany towaru z 3 dni na 5 dni roboczych.

Wykonawca, aby wymienić reklamowany asortyment musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania. W razie pozostawienia zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 7

Dot. §10 pkt.1b wzoru umowy.

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wartości brutto umowy (wartości zadania) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny **być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie** a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia (czyli umowy).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 8

Dot. §13 pkt.2 wzoru umowy.

Wnosimy o modyfikację w/w ustępu wzoru umowy poprzez dopisanie podpunktu d) W przypadku spadku kursu EUR/PLN w okresie wykonywania umowy o 10gr, Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy przeprowadzi waloryzację ceny jednostkowej netto o 2,5%, przy czym zmiana ceny w wyniku zastosowania klauzuli nie przekroczy wzrostu ceny jednostkowej netto 10%.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 9

Zadanie nr 13

Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego, obwodu jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną, o średnicy 22 mm, długości 180 cm z kolankiem z portem kapno. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego, obwodu jednorurowego, dwuświatłowego z pionową membraną, o średnicy 22 mm, długości 180 cm z kolankiem z portem kapno, z dodatkową rurą długości 120cm z workiem 2 l. Wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 stopni C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H₂O i wydechowy 0,17 H₂O przy przepływie 10 l/min i długości układu 180 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Pytania do Umowy

1/Prosimy o modyfikację warunków umowy w §10 Kary Umowne na zapis:

PKT. 1 b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie danego zadania z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego – w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części umowy** (wartości zadania) .

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

Pytanie 12

PYTANIA DOT. PAKIETU 13:

Pakiet 13 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie układów oddechowych sterylnych do respiratora wykonanych z polietylenu, jednokrotnego użytku dla dorosłych, składających się z 2 gładkich wewnątrz rur o długości 160 cm, złącza do respiratora 22mm, trójnik Y bez portów, bez kolanka z portem luer-lock, opakowanie folia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 13

Pytanie 2 Pakiet 13 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie układów oddechowych mikrobiologicznie czystych do aparatu do znieczulenia, wykonanych z polietylenu, jednokrotnego użytku dla dorosłych, składających się z 2 gładkich wewnątrz rur o długości 180 cm, trójnika Y bez portów, łącznik kątowy z portem luer lock z zatyczką, dodatkowe ramienia z workiem oddechowym dwulitrowym, opakowanie folia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 14

PYTANIA DOT. WZORU UMOWY:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości wymaganych próbek do 1 szt. dla pakietu 13?
2. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §1 ust. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „Ilości wyrobów podane w formularzu (ach) cen jednostkowych mają charakter orientacyjny i

Kupujący ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 80 % ilości podanej w formularzu(ach) cen jednostkowych.”

3. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 wzoru umowy w następujący sposób: Sprzedający zobowiązany jest dostarczać wyroby posiadające okres przydatności do użycia wynoszący nie mniej niż 2/3 okresu przydatności zagwarantowanego przez producenta.
4. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do nie odsprzedawania (zbywania, cesji, itp.) bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikających z realizacji niniejszej umowy. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.
5. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt a) wzoru umowy w następujący sposób: w przypadku zwłoki w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub zwłoki w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,2 % za każdy dzień zwłoki , licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów.
6. Prosimy Zamawiającego o modyfikację §10 ust. 1 pkt b) w następujący sposób: W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego – w wysokości 10% brutto niezrealizowanej części umowy.
7. Prosimy o modyfikację §13 ust. 2 na następujący zapis: „Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
 - a) *zmiana asortymentu, w tym zmiana numeru katalogowego / modelu / typu produktu, na asortyment inny, o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż wykazany w umowie, w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie przewidzianego (z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu) z uwagi na:*
 - *zmianę numeru katalogowego, modelu, typu lub;*
 - *wycofanie z obrotu lub;*
 - *wstrzymanie produkcji oferowanego modelu / typu lub;*
 - *wprowadzenie do sprzedaży produktu zmodyfikowanego (udoskonalonego) lub;*
 - *brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności lub;*
 - *wystąpienie przejściowego braku przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową, z zastrzeżeniem, że Wykonawca niezwłocznie dostarczy prawidłowy przedmiot umowy, przy czym okres gwarancji zostanie liczony od momentu otrzymania prawidłowego produktu lub;*
 - *inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert;*
 - b) *zmiany terminu realizacji umowy, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności,*
 - c) *zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem,*
 - d) *rozwiązania umowy w części - na zasadzie porozumienia i bez konsekwencji dla stron – w sytuacji nadzwyczajnej zmiany stosunków niezależnej od woli którejkolwiek ze stron i której strony nie przewidywały w chwili składania oferty (np. rezygnacja z poszczególnych produktów z uwagi na wycofanie ich z obrotu)*
 - e) *zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w lit. b)-d), o zakres tych zmian.”*

Pozostawienie sobie możliwości dokonywania zmian w określonym powyżej zakresie w przypadkach nie dających się przewidzieć pozwala stronom na etapie realizacji umowy na elastyczne reagowanie i korygowanie zobowiązania w stopniu, w jakim jest to nieuniknione bez pokrzywdzenia Zamawiającego. Aktualne brzmienie umowy może doprowadzić do braku możliwości rozwiązania pewnych sytuacji na gruncie prawnym,

w związku z zakazem istotnych zmian postanowień zawartej umowy wyrażonym w art. 144 ustawy PZP, co może skutkować szkodą każdej ze stron (np. w przypadku braku fizycznej możliwości dostarczenia danego urządzenia z przyczyn niezależnych od stron (wycofanie z produkcji), bez możliwości zastąpienia go innym, aktualne brzmienie umowy doprowadzić może do sytuacji, że umowa będzie niezrealizowana, Zamawiający nie nabędzie żadnego, nawet lepszego urządzenia, a Wykonawca będzie niesłusznie obciążony karami za zwłokę).

Konieczność przewidzenia dopuszczalności ww. zmian jest szczególnie istotna w postępowaniach o bardzo szerokim zróżnicowaniu sprzętu i niezwykle obszernym pod względem ilości dostarczanego asortymentu (tzw. kompleksowych). Nasze bogate doświadczenie w wykonywaniu tego typu dostaw uczy jednoznacznie, że nieprzewidziane sytuacje w przypadku tak dużej liczby urządzeń statystycznie muszą mieć miejsce.

Należy również zaznaczyć, że wprowadzenie powyższego zapisu nie narzuca na Zamawiającego konieczności wyrażenia odgórnej zgody na każdą taką zmianę, a daje mu jedynie możliwość wyboru. Zawsze bowiem do zgody na zmianę umowy wymagana jest zgoda obu stron. Prosimy więc o wprowadzenie ww. zapisu mając powyższe na uwadze.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 15

Pytanie 2 Pakiet 13 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie układów oddechowych sterylnych do aparatu do znieczulenia, wykonanych z polietylenu, jednokrotnego użytku dla dorosłych, składających się z 2 gładkich wewnątrz rur o długości 180 cm, trójkąta Y bez portów, dodatkowego ramienia z workiem oddechowym dwulitrowym, opakowanie folia-papier.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 16

Dotyczy zadania 13 obwody oddechowe

Zadanie 13 poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy jednorazowego użytku do respiratora dla dorosłych. Dwie rury karbowane o długości 160 cm z PE (polietylenu), złącza do respiratora 22mmF-EVA? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 17

Zadanie 13 poz. 2.

Czy Zamawiający dopuści sterylny obwód oddechowy jednorazowego użytku do aparatu do znieczuleń dla dorosłych o parametrach, których wymaga zamawiający, z tym, że rury karbowane z PE (polietylenu), złącza EVA (kopolimer etylenu i octanu winylu) ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2