

Szczecin, dn. 02.06.2017 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Pocztą e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**znak sprawy: ZP/220/12/17****w sprawie: w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
dzierżawa dwóch aparatów i wyposażenia wraz z dostawą materiałów
zużywalnych do wykonywania fakoemulsyfikacji soczewki****ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIECIU POSTĘPOWANIA**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (*dalej „PZP”*) zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania.

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:**Oferta nr 1 – Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa****Oferta nr 2 – Optotech Medical Sp. z o.o. Sp. K ul. Św. Barbary 18 32-020 Wieliczka****b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia**z postępowania wykluczono **0** wykonawców**c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:**w postępowaniu odrzucono **1** ofertę tj.:**Oferta nr 1 – Alcon Polska Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warszawa**

Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z pkt 6 Załącznika nr 4A do Formularza oferty Zamawiający wymagał, aby oferowany aparat do fakoemulsyfikacji posiadał „wymuszoną infuzję lub równoważną”. Wykonawca udzielając wyjaśnień na podstawie art. 87 ust 1 PZP podał, że aparat posiada infuzję grawitacyjną, która wg Alcon Polska sp. z o.o. jest równoważna do infuzji wymuszonej.

Zdaniem Zamawiającego infuzja grawitacyjna nie może być uznana za równoważną do infuzji wymuszonej.

Infuzja wymuszona gazem jest aktualnie najlepszą i uznaną metodą, **gwarantującą stabilizację komory przedniej oka w trakcie wykonywania zabiegu z mikrocięcia rogówki poniżej 2mm** zapewniającą prawidłowe i bezpieczne przeprowadzenie zabiegu.

Tymczasem przy infuzji grawitacyjnej osiągnięcie poziomu stabilizacji przedniej komory oka dostępnego przy infuzji wymuszonej jest niemożliwe do osiągnięcia.

Tym samym infuzja grawitacyjna dostępna w oferowanym przez Alcon Polska Sp. z o.o. aparacie Infiniti nie może być uznana za równoważną do infuzji wymuszonej.

W związku z powyższym odrzucenie oferty jako sprzecznej z treścią SIWZ było konieczne i zgodne z prawem.

Uzasadnienie prawne: oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 PZP ponieważ jej treść nie odpowiada treści siwz

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez wykonawcę:**Oferta nr 2 – Optotech Medical Sp. z o.o. Sp. K ul. Św. Barbary 18 32-020 Wieliczka****Cena oferty brutto: 1385734,73 PLN. Termin dostawy 3 dni robocze. Warunki płatności 60 dni.**

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

Uzasadnienie wyboru – Oferta najkorzystniejsza pod względem kryteriów przyjętych do oceny.

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja

Wykonawca	Liczba pkt w kryterium cena – 60%	Warunki płatności – 20%	Termin dostawy zamówień cząstkowych – 20%	SUMA
Oferta nr 2 – Optotech Medical Sp. z o.o. Sp. K ul. Św. Barbary 18 32-020 Wieliczka	60	20	20	100

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po dniu 12.06.2017r

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń.

Z poważaniem

.....
/Dyrektor SPSK-2/

