

Szczecin, 12.05.2017 r.

**Znak sprawy ZP/220/15/17**

w sprawie: dostawy odczynników, kalibratorów i kontroli oraz materiałów zużywalnych do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą 3 analizatorów dla Zakł. Diagnostyki Laboratoryjnej SPSK-2 w Szczecinie dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

**Wyjaśnienia nr 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „PZP”, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

**Wykonawca I:**

**Pytanie 1:** Biorąc pod uwagę odpowiedzi Zamawiającego z dn. 28.04.2017r. na zapytanie Wykonawcy dotyczące SIWZ, Rozdział I. Część III, Opis Przedmiotu Zamówienia:

Punkt 4: Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie zapisu dotyczącego przydatności do użycia dostarczanych odczynników, poprzez dodanie zwrotu w brzmieniu:

*„z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której termin ważności jest zgodny z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego dostępnym na stronie www.....pl?”*

Wykonawca wskazuje, iż krew kontrolna jest materiałem o krótkim okresie ważności ze względu na rodzaj materiału, dostarczana jest zgodnie z harmonogramem tak, aby Zamawiający miał zawsze ważną krew, skalkulowana jest w ilości uwzględniającej zarówno ważność jak i ilość wymaganą przez Zamawiającego. Obecnie nie ma na rynku dostępnej krwi kontrolnej o dłuższym okresie ważności.

Jeżeli tak, prosimy o odpowiednią modyfikację Rozdziału II SIWZ. Część I. Warunki realizacji zamówienia, punkt 6 oraz Rozdziału III SIWZ. Wzór umowy, §2 ust. 4.

**Odpowiedź:** Zamawiający dokona modyfikacji zapisów dotyczących okresu przydatności do użycia krwi kontrolnej uwzględniając specyfikę materiału kontrolnego i zmodyfikowane dokumenty zamieści na swojej stronie internetowej (SIWZ oraz formularz „Parametry techniczne” – zał. 4 do form. oferty).

**Prosimy o zmianę w MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, § 2 ROZDZIAŁU II, WYMAGANIA DOT. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA, pkt 4 na:**

*„4. Wykonawca gwarantuje, że odczynniki dostarczane Zamawiającemu będą posiadały minimum 6-miesięczny okres przydatności do zużycia, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego, z wyłączeniem krwi kontrolnej, dla której zamawiający wymaga okresu przydatności do użycia zgodnego z harmonogramem dostaw materiału kontrolnego, dostarczonego przez wykonawcę najpóźniej w dniu podpisania umowy, jednak nie krótszego **niż 2 miesiące.**”*

**Ewentualnie o wykreślenie zwrotu:** „jednak nie krótszego niż 3 miesiące.”

**Odpowiedź:** zamawiający dopuszcza – nie wymaga, by minimalny okres przydatności do użycia krwi kontrolnej wynosił 2 miesiące, licząc od daty dostawy do siedziby zamawiającego (zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu).

**Jednocześnie zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:**

- składanie ofert do 19.05.2017 r. do godz. 12:30,

- otwarcie ofert 19.05.2017 r. o godz. 13:00.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

.....  
DYREKTOR SPSK-2