

znak sprawy: ZP/220/18/15

Szczecin, dnia 10-04-2015r

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do diagnostyki i zabiegów radiologicznych

Wyjaśnienia 3

W związku z błędną odpowiedzią zawartą w wyjaśnieniach nr 1 na pytanie nr 3 **Zamawiający unieważnia odpowiedź na pytanie 3 w wyjaśnieniach nr 1** i ponownie udziela odpowiedzi zgodnie z poniższą treścią.

Pytanie nr 1

Czy zamawiający wymaga w zadaniu 4 pozycja nr 5 zaferowania samorozprężalnego nitinolowego, otwartokomórkowego stentu z siatką wykonaną z PTE- Poli(tereftalan etylenu) dostępny w systemie OTW i RX, kompatybilny z przewodnikiem 0,014", kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F, w systemie OTW kompatybilny z koszulą 6F; 4 markery na dystalnej i proksymalnej części stentu; długość 20, 30, 40, 60 mm; średnica 6,7,8,9,10 mm.

Odpowiedź

Zamawiający wymaga w zadaniu 4 poz 5 zaferowania proponowanego wyrobu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2