

Znak sprawy: ZP/220/18/17

Dotyczy: dostawy zestawów do analizy mikromacierzy wraz z dzierżawą systemu do analizy mikromacierzy na potrzeby Pracowni Cytogenetyki SPSK-2.

Wyjaśnienie nr 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zakresu napięcia zasilacza z 0-300V na 5-300V, ponieważ model na podstawie którego wykonany był opis techniczny został wycofany ze sprzedaży?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres napięcia zasilacza 5-300 V.

Wykonawcy, którzy skorzystają z ww. dopuszczenia winni dokonać we własnym zakresie modyfikacji dokumentów. Jednocześnie Zamawiający zaleca aby przy modyfikowanym parametrze powołać się na zapis np. „*Zgodnie z Wyjaśnieniem nr 2 z dnia 29.06.2017 r.*”.

Szczecin, dnia 29.06.2017 r.

.....
podpis Dyrektora SPSK-2