

Szczecin, dn. 23.05.2012 r.

znak sprawy: ZP/220/21/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę **soczewek wewnątrzgałkowych**.**Wyjaśnienie nr 2**
uzupełnienie

Zamawiający Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie pragnie poinformować, że pytanie przywołane w Wyjaśnieniu nr 2 z dnia 22.05.2012 r. dotyczy zadania nr 5

Wykonawca nr I.**Pytanie Dotyczy zadania nr 5**

1. **Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w tym zadaniu oferty na soczewki w zakresie mocy od -10,0 D do +30,0 D dostępne co 1,0 D i od +12,5 D do +25,5 D dostępne co 0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów?**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z tym, iż ww. uzupełnienie Wyjaśnienia nr 2 zostało zamieszczone na mniej niż sześć dni przed terminem składania i otwarcia ofert Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert upływa dnia 31.05.2012 r. do godz. 10:00**Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2012 r. o godz. 11:00**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem