

znak sprawy: ZP/220/24/16

Szczecin, dnia 07.04.2016r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa noży okulistycznych, trepanów okulistycznych oraz narzędzi do zabiegów okulistycznych**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 2 trepan okulistyczny próżniowy do rogówki biorcy posiadający 360 stopniową komorę, bez znaczników, strzykawkę aspiracyjną 5 cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 stopni powodująca 0.25 mm cięcie. Dostępne rozmiary: 6.0; 6,5; 7.0; 7.25; 7.50; 7.75; 8.0; 8.25; 8.5; 8.75; 9.0

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 3 marker okulistyczny jednorazowy, bardzo delikatny koniec z podziałką centrymetrową, o długości całkowitej 130 mm, kolor zielony, 10 szt w opakowaniu

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 7 poz 5 narzędzie do operacji jaskry do dzieci poniżej jednego roku życia mackensen trabecular probe o promieniu 9.0 mm, prawy i lewy, wielorazowego użytku

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 5 poz 5 prostą, szorską pęsetę do naciągania szwów 1x2 ząbki 0.6 mm, długość całkowita 110 mm?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 5**

Czy w Zadaniu nr 5 poz. 2 Zamawiający dopuści trepan okulistyczny próżniowy do rogówki biorcy z przezroczystą platformą posiadającą otwór pozwalający na precyzyjne wyznaczenie centralnego punktu rogówki? Element ten dzięki styczności z rogówką biorcy zmniejsza dystans między otworem punktu centralnego, a rogówką, co eliminuje błędy przy użytkowaniu krzyżowych znaczników umiejscowionych w znacznej odległości od rogówki. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź**Zamawiający nie dopuszcza.****Pytanie 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie oferty na poszczególne pozycje w zakresie pakietu nr 6 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 7**

1) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 1 pęsetkę do kapsuloreksji wykonaną ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, długości części roboczej 15 mm, długości całkowitej 104 mm?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

2) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 3 czoper typ Nagahara wykonany ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową, zagięty po kątem 40 stopni, 10 mm od czubka do zagięcia, długość rękojeści 84 mm?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

3) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 4 imadło okulistyczne o długości szczęk 6 mm i długości całkowitej 105 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

4) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty wyłączy z zadaniu 7 pozycję 6 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 11

5) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 1 nożyczki Castroviejo wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

6) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 2 nożyczki Castroviejo wykonane ze stali chirurgicznej z podwójną powłoką chromową o długości całkowitej 105 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

7) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 3 pęsetkę do fiksacji rogówki o długości całkowitej 100 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

8) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 4 pęsetkę do fiksacji rogówki o długości całkowitej 100 mm pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

9) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 5 pęsetkę do naciągania szwów o długości całkowitej 100 mm i ząbkach 0,5 mm lub 0,7 mm ?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

10) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 6 pęsetkę do naciągania szwów o długości całkowitej 103 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

11) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 7 znacznik do rogówki o 9 ostrzach , średnicy 13 mm i długości całkowitej 105 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 18

12) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 7 znacznik do rogówki typ Thornton o 12 ostrzach , średnicy 16 mm i długości całkowitej 110 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 19

13) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 8 poz. 8 trepan wielorazowy do przeszczepu rogówki o średnicach 5.0 , 5.5 , 6.0 , 6.5 , 7.0 , 8.0 , 9.0 , 10.0 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 20

14) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty wyłączy z zadania 8 poz. 8 do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 21

15) Czy Zamawiający w celu złożenia konkurencyjnej oferty dopuści w zadaniu 7 poz. 6 matę silikonową "język" o wysokości 17 mm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Zadanie nr 7 poz. 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. całkowita 110mm, lub 120mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Zadanie nr 7 poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na imadło 110x6mm, reszta parametrów bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 8 poz 5 prostą, szorską pęsetę do naciągania szwów 1x2 ząbki 0.6 mm, długość całkowita 110 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 25

Czy Zamawiający wyłączy do odrębnego zadania poz. 5 z zadania nr 7 w celu zwiększenia ilości składanych ofert konkurencyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 26

(zadanie nr 3) Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm, ostrzony od góry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 27

(zadanie nr 6) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2, 3, 4, 5 i utworzy odrębny pakiet?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 28

Czy w Zadaniu nr 3 Zamawiający dopuści noże crescent o kalibracji 2,3mm ostrzony od góry

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 29

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia poszczególnych Części przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że ilości wyrobów podane w formularzu cen jednostkowych dla zadań 1,2,3,4,5,6 mają charakter orientacyjny i Zamawiający ma prawo zamówić mniejsze ilości wyrobów, z tym, że nie mniej niż 70 % ilości podanej w formularzu cen jednostkowych dla danego zadania.

Pytanie 30

Czy Zamawiający w § 9, pkt.1, lit. a) Wzoru Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów?”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 31

Czy Zamawiający w § 9, pkt.1, lit. b) Wzoru Umowy wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w całości bądź w zakresie poszczególnych zadań z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§13 umowy) – w wysokości 5% wartości brutto umowy (wartości zadania) określonej w formularzu cen jednostkowych”?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 32


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Zadania nr 6 pozycji nr 7 do odrębnego Zadania w celu złożenia większej ilości konkurencyjnych ofert na tą pozycję?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6 pozycji nr 7 sterylne jednorazowe retraktory tęczątkowe wykonane z niebieskiego polipropylenu, Retraktor tęczątkowy złożony jest z elastycznego haczyka z niebieskiego polipropylenu oraz silikonowej zatyczki?



Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Zadanie nr 3 : Czy zamawiający dopuści również nóż okulistyczny zakrzywiony typu CRESCENT do tunelu twardówkowego, jednorazowy, sterylny o średnicy poprzecznej 2,1mm; z jednostronną (górną) krawędzią tnącą?

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 35

Zadanie nr 4 : Czy zamawiający dopuści również manipulator wewnątrzgałkowy jednorazowy sterylny do rotacji soczewki zagięty pod kątem 45stopni, o długości całkowitej 115 mm, długości części roboczej 10mm, zagiętej końcówce o długości 0.5 mm?

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 36

Zadanie nr 4: Czy zamawiający dopuści również manipulator wewnątrzgałkowy jednorazowy sterylny do rotacji soczewki zagięty pod kątem 45stopni, o długości całkowitej 116 mm, długości części roboczej 10mm, zagiętej końcówce o długości 1.4 mm?

Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 37

Zadanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 1 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 38

Zadanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 2 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 39

Zadanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 3 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 40

Zadanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 4 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 41

Zadanie nr 6: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 6 pozycji nr 5 do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie bardziej konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 42

Zadanie nr 6 Pozycja 1 : Czy zamawiający dopuści również nóż typu slit, o średnicy poprzecznej 1,4mm?

Odpowiedź
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 43

Zadanie nr 6 Pozycja 5 : Czy zamawiający dopuści również nóż o średnicy poprzecznej 1,3 mm z dodatkowym znacznikiem cięcia na szerokości 1,0 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2