
znak sprawy: ZP/220/24/16

Szczecin, dnia 08.04.2016r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa noży okulistycznych, trepanów okulistycznych oraz narzędzi do zabiegów okulistycznych

Wyjaśnienia 2

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, udziela ponownie wyjaśnień na pytanie nr 1 w wyjaśnieniach nr 1 z dnia 07.08.2016r.

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu nr 5 poz 2 trepan okulistyczny próżniowy do rogówki biorcy posiadający 360 stopniową komorę, bez znaczników, strzykawkę aspiracyjną 5 cm³, krzyżowy znacznik centralnego punktu na rogówce. Rotacja komory próżniowej o 360 stopni powodująca 0.25 mm cięcie. Dostępne rozmiary: 6.0; 6,5; 7.0; 7.25; 7.50; 7.75; 8.0; 8.25; 8.5; 8.75; 9.0

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź udzielona na to samo pytanie w dniu 07.04.2016r była błędna i została unieważniona.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2