

Szczecin, 22.05.2019 r.

Znak sprawy ZP/220/27/19

W sprawie: dostawy wyrobów laboratoryjnych i materiałów medycznych jedno i wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

ZAWIADOMIENIE**o rozstrzygnięciu postępowania w zakresie zadania 12**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16), zwanej dalej „PZP” zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano rozstrzygnięcia jak poniżej:

ZADANIE NR 12**a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:**

oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. SK, ul. Strefowa 22 43-100 Tychy

oferta nr 10: Skamex Sp. z o.o. SK, ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

oferta nr 11: Zarys International Group Sp. z o.o. SK, ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

z postępowania odrzucono jedną ofertę:

oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Anmar Sp. z o.o. SK, ul. Strefowa 22 43-100 Tychy

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia w pozycji 1 zadania nr 12 jest worek do godzinowej zbiórki moczu, którego wymagane parametry zamawiający szczegółowo określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu cen jednostkowych.

Jednym z wymogów była długość drenu, wynosząca 110 cm, przy czym zamawiający odpowiedział na pytanie nr 15, udzieloną w Wyjaśnieniach nr 1 z dnia 09.04.2019 r. dopuścił dren o długości 120 cm.

Wykonawca zaoferował wyrób B.Braun/Ureofix 500Classic o numerze katalogowym 4417940, którego długość drenu wynosi 170 cm – zgodnie z informacją zawartą w materiałach katalogowych, złożonych wraz z ofertą.

Wobec powyższego, z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, odrzucenie oferty jest w pełni uzasadnione i konieczne.

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:

oferta nr 11: Zarys International Group Sp. z o.o. SK, ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

cena oferty: 69.660,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 11 uzyskała najwięcej punktów spośród złożonych ważnych ofert.



e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacją:

nr oferty	wykonawca	kryterium 1 cena brutto - 90%	kryterium 2 termin dostaw - 5%	kryterium 3 parametry oceniane - 5%	łącznie
10	Skamex Sp. z o.o. SK	69,11	5,00	5,00	79,11
11	Zarys International Group Sp. z o.o. SK	90,00	5,00	5,00	100,00

Informację otrzymają wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 27.05.2019 r.

Z poważaniem

Dyrektor SPSK-2

podpis w oryginale

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Rogiewicz, tel. 10 88

