

**al. Powstańców Wielkopolskich 72
70-111 Szczecin**

Sygnatura: **ZP/220/27/19**

Dotyczy: postępowania na dostawę wyrobów laboratoryjnych i materiałów medycznych jedno i wielokrotnego użytku dla SPSK-2 w Szczecinie.

**ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE ZADANIA NR 12**

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z dnia 2018.10.16, zwanej dalej „PZP”), zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu dokonano następującego rozstrzygnięcia:

ZADANIE NR 12

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k., ul. Strefowa 22 43-100 Tychy

oferta nr 10: Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

oferta nr 11: Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k., ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

b) Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:

z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy

c) Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

z postępowania odrzucono dwie oferty:

oferta nr 4: Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k., ul. Strefowa 22 43-100 Tychy

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia w pozycji 1 zadania nr 12 jest worek do godzinowej zbiórki moczu, którego wymagane parametry zamawiający szczegółowo określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu cen jednostkowych.

Jednym z wymogów była długość drenu, wynosząca 110 cm, przy czym zamawiający odpowiedział na pytanie nr 15, udzieloną w Wyjaśnieniach nr 1 z dnia 09.04.2019 r. dopuścił dren o długości 120 cm.

Wykonawca zaoferował wyrób B.Braun/Ureofix 500Classic o numerze katalogowym 4417940, którego długość drenu wynosi 170cm – zgodnie z informacją zawartą w materiałach katalogowych, złożonych wraz z ofertą.

Wobec powyższego, z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, odrzucenie oferty Przedsiębiorstwo Handlowo-Uslugowe Anmar Sp. z o.o. Sp. k. jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Sprawę prowadzi: Katarzyna Rogiewicz

Dział Zamówień Publicznych

T: 91 466 10 88 F: 91 466 11 13

E: k.rogiewicz@spsk2-szczecin.pl

Centrala:T:+48 91 466 10 00

Sekretariat Dyrektora oraz Zastępcy ds. Lecznictwa:T:+48 91 466 10 10, F:+48 91 466 10 15

KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900

E:spsk2@spsk2-szczecin.pl, W: www.spsk2-szczecin.pl



oferta nr 11: Zarys International Group Sp. z o.o. SK, ul. Pod Borem 18 41-808 Zabrze

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne: przedmiotem zamówienia w pozycji 1 zadania nr 12 jest worek do godzinowej zbiórki moczu, którego wymagane parametry zamawiający szczegółowo określił w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w formularzu cen jednostkowych.

Jednym z wymogów było „skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur’a co 1ml, komory pomiarowej od 40ml do 90ml co 5ml i od 90ml do 500ml co 10ml”. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 15 w Wyjaśnieniach nr 1 z dn. 09.04.2019 r. dopuścił skalowanie inne niż pierwotnie wymagane, to jest: co 1ml do 40ml, co 5 ml od 40ml do 100ml, co 10ml od 100ml do 500ml”. Dopuszczenie dotyczy zatem zakresu 40ml-100ml oraz 100ml-500ml, natomiast wymagania w zakresie do 40 ml pozostały bez zmian.

Wykonawca zaoferował wyrób producenta Bicakilar o nazwie Urimeter 500 Plus Safety, o numerze katalogowym 227 1030 1. Analiza treści oferty, w tym złożonych wraz z ofertą materiałów katalogowych wykazała, że komora zbiorcza wyrobu posiada podziałkę, umożliwiającą pomiary diurezy – informacja o skali pomiaru zawarta została w części opisowej karty. Karta zawiera również fotografię wyrobu, mającą służyć dodatkowo weryfikacji podanych informacji, dzięki zaznaczeniu poszczególnych elementów funkcjonalnych wyrobu.

Z uwagi na słabą jakość fotografii – zwłaszcza w zakresie drobnych elementów wyrobu, takich jak skala – zamawiający nie miał możliwości, by jednoznacznie stwierdzić, czy wyrób posiada wszystkie wymagane parametry, wobec czego skorzystał z ogólnie dostępnych w internecie materiałów katalogowych producenta, w tym zdjęć.

Analiza dostępnych fotografii worka Urimeter 500 Plus produkcji Bicakilar wykazała, że w zakresie pomiaru 0-5ml podziałka zawiera dwa znaczniki: „5ml” oraz znacznik bez opisu. Lokalizacja znacznika bez opisu w połowie odległości pomiędzy dnem zbiornika a znacznikiem „5ml”, świadczyła zdaniem zamawiającego o zastosowaniu podziałki co 2,5ml w zakresie 0-5ml – co stoi w sprzeczności z wymaganiami zamawiającego w tym zakresie.

Wobec powstałych wątpliwości co do zgodności treści oferty z treścią SIWZ, zamawiający w trybie PZP art. 87 ust. 1 wezwał wykonawcę do wyjaśnienia opisanej rozbieżności. W odpowiedzi Wykonawca wyjaśnił, że komora kolekcyjna jest wyskalowana linearnie co 1ml do 40ml, przy czym pojemność 1ml i 2ml z powodu małej ilości miejsca wyznaczona jest przez krzywizny komory (uwaga zamawiającego: bez oznaczenia graficznego). W treści wyjaśnienia Wykonawca zawarł również zdjęcie, obrazujące w powiększeniu dolny element komory – oznaczając na zdjęciu „1ml” i „2ml” własną grafiką (nadrukiem opisu na zdjęcie) na wysokości wskazanych w treści pisma krzywizn. W zakresie skali linearnej zdjęcie potwierdza natomiast, że dokładny pomiar co 1ml rozpoczyna się od wartości „3” – pierwszym oznaczeniem cyfrowym jest „5”, poniżej którego znajdują się dwa znaczniki bez opisu.

W opinii Zamawiającego, treść wyjaśnień Wykonawcy nie potwierdza zgodności treści oferty z treścią SIWZ, z uwagi na okoliczności opisane poniżej.

Wymogiem zamawiającego, postawionym w SIWZ pkt III ppkt 3 było zaoferowanie wyrobu medycznego w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2019.175 t.j. z dnia 2019.01.30, zwanej dalej „ustawą”). Wyroby te winny być wprowadzone do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym – przepisami wykonawczymi do ustawy. Jednym z przepisów wykonawczych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz.U.2016.211 z dnia 2016.02.19, zwane dalej „rozporządzeniem”). Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do rozporządzenia – Wymagania zasadnicze dla wyrobów medycznych, część II – Wymagania dotyczące projektu i wykonania, punkt 10 – Wyroby z funkcją pomiarową:

1. granice dokładności pomiaru podaje wytwórca wyrobu („10.1. Wyroby medyczne z funkcją pomiarową muszą być zaprojektowane i wytworzone w sposób zapewniający dostateczną stabilność i dokładność pomiarów w odpowiednich granicach dokładności, z uwzględnieniem przewidzianego zastosowania wyrobu medycznego. Wytwórca podaje granice dokładności.”);

2. wyniki pomiarów muszą być wyrażone w legalnych jednostkach miary („10.3. Wyniki pomiarów wykonanych za pomocą wyrobu z funkcją pomiarową muszą być wyrażone w legalnych jednostkach miary.”).

Oznacza to, że oferowany jako wyrób medyczny worek do godzinowej zbiórki moczu produkcji firmy Bicacilar o nazwie Urimeter 500 Plus Safety, o numerze katalogowym 227 1030 1 – zgodnie z podaną przez wytwórcę granicą dokładności pomiaru – posiada skalę co 1ml w zakresie do 40ml, rozpoczynającą się od wartości 3ml (pierwszy znacznik na wyrobie).

Ponieważ uprawnionym do określania granic dokładności pomiaru jest jedynie wytwórca wyrobu, tu: firma Bicacilar – wyjaśnienia Wykonawcy, nie będącego jednocześnie wytwórcą oferowanego wyrobu, w zakresie granic dokładności pomiaru nie mogą być przez Zamawiającego uwzględnione. Z tego też względu, to jest braku umocowania prawnego do czynności opisanej w cytowanym powyżej punkcie 10.1 załącznika nr 1 do rozporządzenia, Zamawiający nie odnosi się szczegółowo do informacji, dotyczącej krzywizn wyrobu jako znaczników skali pomiaru, pomimo negatywnej oceny prawidłowości wskazania takiej ich funkcjonalności w treści wyjaśnień, złożonych przez Wykonawcę.

Wobec powyższego, z uwagi na niezgodność treści oferty z treścią SIWZ, odrzucenie oferty Zarys International Group Sp. z o.o. Sp. k. jest w pełni uzasadnione i konieczne.

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana:

oferta nr 10: Skamex Sp. z o.o. Sp. k., ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź

cena oferty: 90.720,00 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: oferta nr 10 jest jedyną ważną złożoną ofertą.

e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacją:

nr oferty	wykonawca	kryterium 1 cena brutto - 90%	kryterium 2 termin dostaw - 5%	kryterium 3 parametry oceniane - 5%	łącznie
10	Skamex Sp. z o.o. Sp. k.	90,00	5,00	5,00	100,00

Informację otrzymają wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 08.07.2019 r.

Z poważaniem
Dyrektor SPSK-2
podpis w oryginale