

Szczecin, 24.04.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/29/15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elektrod, stymulatorów i defibrylatorów serca i innego sprzętu zużywalnego w Pracowni Elektrofizjologii.

SPROSTOWANIE DO WYJAŚNIENIE NR 1

Zamawiający dnia 22.04.2015 r. zamieścił na swojej stronie internetowej wyjaśnienia. Dnia 24.04.2015 r. Wykonawca, który zadał pytanie do zadania nr 2 przysłał sprostowanie, iż nastąpiła omyłka w numerze zadania (prawidłowe pytanie powinno dotyczyć zadania nr 1 poz. 2). Zamawiający nie zauważył tego i odpowiedział na to pytanie.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje sprostowania. Prawidłowe pytanie oraz odpowiedź brzmią następująco:

Pytanie nr 6:**Dotyczy zad 1:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 poz. 2 dopuści koszulkę długą z zastawką do zabiegów transseptalnych o długości 59 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuży terminu składania i otwarcia ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem