

Szczecin, dn. 26.04.2019 r.

Znak sprawy: ZP/220/31/19

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów zużywalnych do wykonywania biopsji gruboigłowej stereotaktycznej kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem MSCM1 Mammotome Revolve..*

## WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający uzna za równoważne zaoferowanie igły w rozmiarze 10 G zamiast wytypowanego zakresu 11-12 G?

Informujemy, że posiadany przez Państwa system biopsyjny Mammotome Revolve współpracuje z igłami w rozmiarach 8 G i 10 G.

### Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna tego rozmiaru za równoważny. Jednakże Zamawiający DOPUSZCZA zaoferowanie przez Wykonawców rozmiaru 10 G.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

*Z poważaniem*

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie  
PODPIS W ORYGINALE

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka  
Tel. 91 466 10 86



Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie  
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin  
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,  
Sekretariat Dyrektora oraz  
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15  
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900  
Strona internetowa: [www.spsk2-szczecin.pl](http://www.spsk2-szczecin.pl) adres e-mail: [spsk2@spsk2-szczecin.pl](mailto:spsk2@spsk2-szczecin.pl)

