

Szczecin 06-09-2012r

**TELEFONY:****Centrala**

tel. (091) 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora  
oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. (091) 466 10 10

fax. (091) 466 10 15

**Sekretariat****Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. (091) 466 10 16

**Główny Księgowy**

tel. (091) 466 10 17

**Naczelną Pielęgniarką**

tel. (091) 466 10 18

**Dział Sprzedaży Usług  
Medycznych i  
Marketingu**

tel. (091) 466 10 45

**Dział Zamówień  
Publicznych**

tel. (091) 466 10 86

**Dział Organizacyjno-  
Prawny**

tel. (091) 466 10 29

**Dział Administracyjno-  
Gospodarczy**

tel. (091) 466 10 54

**Dział Zaopatrzenia**

tel. (091) 466 10 30

fax. (091) 466 10 31

**Dział Kadrowo-Płacowy**

tel. (091) 466 10 39

**Dział Techniczny**

tel. (091) 466 10 70

**KRS:** 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**

www.spsk2.pum.edu.pl

**Poczta e-mail**

spsk2@pum.edu.pl

znak sprawy: ZP/220/32/12

w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  
na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego do operacji chirurgicznych**Wyjaśnienia nr 3**W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29  
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela  
następujących wyjaśnień:**Pytanie nr 1**Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 5 dopuści trokar optyczny 12mm  
(uniwersalny konwerter 5-12mm) bez uchwytu pistoletowego z żebrowaną kaniulą  
o długości 108mm. Trokar nie wymaga systemu blokowania przesuwu optyki.  
Trokar posiada separatory tkanek (rozwiązanie stosowane w dopuszczonych przez  
Zamawiającego trokarach bezostrzowych).**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Pytanie nr 2**Czy Zamawiający w zadaniu nr 8 poz. 7 dopuści uszczelki do trokarów wraz z  
kaniulą do użytku z 12mm trokarami optycznymi, bezostrzowymi oraz nożowymi.  
W przypadku potrzeby wymiany samej uszczelki można odłączyć ją od kaniuli i  
wymienić z uszczelką w/w trokarach.**Odpowiedź****Zamawiający dopuszcza.****Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe odpowiedzi podczas  
sporządzania i składania ofert.****Z poważaniem**.....  
**DYREKTOR SPSK-2 W SZCZECINIE**Posiadamy certyfikat jakości ISO 9001:2008 na usługi medyczne w zakresie: Nefrologii, Chorób Wewnętrznych,  
Dializ, Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, Położnictwa i Ginekologii,  
Neonatologii, Kardiologii Zachowawczej i Inwazyjnej, Kardiologii z Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej,  
Chirurgii Szczękowo Twarzowej, Oddziału Anestezjologii, Reanimacji i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Ostrego  
Zatrucia, Zintegrowanego Bloku Operacyjnego, Izby Przyjęć Chirurgicznej, Poradni Genetycznej, Urologii, Okulistyki,  
Chorób Skórnych i Wenerologicznych, Centralnej Sterylizacji, Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,  
Laboratorium Centralnego i Zakładu Diagnostyki Rentgenowskiej. Apteka Szpitalna.