

Szczecin, dn. 25.07.2012 r.

znak sprawy: ZP/220/33/12

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę opatrunków do podciśnieniowej terapii ran wraz z dzierżawą urządzenia**

Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4A.

- Czy zamawiający dopuści do dzierżawy aparaty będące już w użyciu przy innych terapiach lecz za każdym razem po odebraniu ze szpitala dezynfekowanych i sprawdzanych. Przy okresie dzierżawy 360dni nie jest możliwe dostarczania do szpitala urządzenia za każdym razem nowego nie używanego we wcześniejszych w terapiach.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

- Czy zamawiający dopuści do dzierżawy aparaty nie posiadające wewnętrzne wbudowanego filtra hydrofobowego w aparat , lecz inny system gdzie filtry są wbudowane w zbiornik i zmieniane za każdym razem przy zmianie zbiornika na wydzielinę. Taki system pozwala zmieniać filtr znacznie częściej bez dodatkowych kosztów oraz bez konieczności wysyłania aparatu do dostawcy.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się na powyższe dopuszczenia zobowiązani są uwzględnić zmiany podczas sporządzania i składania ofert, a zwłaszcza podczas sporządzenia Załącznika nr 4A stanowiącego Opis Przedmiotu Zamówienia.

1. Termin składania ofert upływa dnia 30.07.2012 r. o godz. 9:30.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.07.2012 r. o godz. 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem