

Szczecin, dn. 22.06.2016 r.

Znak sprawy: ZP/220/34/16

**Dotyczy: postępowania prowadzonego na dostawę wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych oraz kultur mikrobiologicznych niezbędnych do prowadzenia badań diagnostycznych w Pracowniach: Patomorfologii, Mikrobiologii, Cytogenetyki, HLA i Immunologii oraz dzierżawę analizatorów i mikroskopu wraz z wyposażeniem dodatkowym**

## **Modyfikacja**

### **SIWZ**

W trakcie sporządzania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 10 dokonano omyłek pisarskich polegające na niewłaściwym zaklasyfikowaniu opisanych produktów.

**W zadaniu nr 10 poz. 13** Zamawiający wskazał, że nie wymaga złożenia oferty na wyrób medyczny do diagnostyki In vitro podczas, gdy w punkcie „Wymogi w zakresie parametrów techniczno-użytkowych odczynników na potrzeby Pracowni HLA Zamawiający podaje wymóg posiadania znaku CE IVD.

**Prawidłowe brzmienie: Zamawiający wymaga wyrobu medycznego do diagnostyki In vitro, ze znakiem CE i stawką VAT 8% .**

**W zadaniu nr 10 poz. 10** Zamawiający wskazał, że wymaga wyrobu medycznego, podczas gdy **produkt ten nie jest wyrobem medycznym** ale jako wyrób pomocniczy został zwalidowany z całą linią produktów HLA, może być używany w laboratoriach **i posiada stawkę VAT 8%**

Niniejsze pismo modyfikuje wszystkie nieprawidłowe zapisy SIWZ

**Wykonawcy składający ofertę na zadanie nr 10 winni zmodyfikować odpowiednio załączniki**

Powyższa modyfikacja nie ma wpływu na przygotowanie i złożenie oferty , dlatego Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

w ZAŁĄCZENIU

- zmodyfikowany Formularz cen jednostkowych dla zadania nr 10
- zmodyfikowany Formularz oferty

*Z poważaniem*