

znak sprawy: ZP/220/35/15

Szczecin, dnia 08-04-2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów serwet do operacji kardiochirurgicznych**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1**ZALĄCZNIK NR 4- Zestaw serwet do kardiochirurgii**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu posiadającego w swoim składzie fartuch wzmocniony o parametrach rozmiarowych zbliżonych do wymaganych w SIWZ, jednakże w rozmiarze L (dł. 125 cm i szer. 157 cm) posiadający rękawy zakończone poliestrowym mankietem?

Pragniemy nadmienić, iż oferowane przez nas fartuchy w rozmiarze L i XL, zarówno w zestawach, jak i sprzedawane osobno nieznacznie się od siebie różnią.

Pozostałe parametry i skład zestawu bez zmian.

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza.****Pytanie 2****Zapytanie 1 dot. Zadania nr 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany sterylnie w torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią (w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania), zestaw do transportu podwójnie pakowany, w składzie:

- 1) 1 x Serweta na stół narzędziowy 150x190cm, (służąca też jako owinięcie zestawu), wykonanej w obszarze krytycznym z włókniny 23 g/m², folia PE 55 mikronów.
- 2) 1 x Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy zakończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szew ultradźwiękowy w rękawach do wysokości wstawki.
- 3) 2 x Serweta 90x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m² o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa
- 4) 1 x Obłożenie klatki piersiowej o rozmiarze 200/300x330cm, obszar wypełniony folią chirurgiczną 32x40cm, wykonane z laminatu trójwarstwowego – włóknina wiskozowa o gramaturze 23g/m². Folia PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m², ekran anestetyczny wykonany z folii PE 50 mikronów i warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m²
- 5) 1 x Obłożenia dolne naczyniowe o wym. 200x260cm, wycięcie 20x102cm, wyposażone w osłonę na krocze, wykonanego z laminatu trójwarstwowego – włóknina o gramaturze 23g/m², folii PE 40 mikronów oraz warstwy celulozowej o gramaturze 20g/m²
- 6) 2 x Wzmocniona osłona na stół mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, parametry: folia PE 80 mikronów, w strefie krytycznej wzmocniona laminatem: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 40 g/m²
- 7) 1 x Serweta 175x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m² o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa
- 8) 2 x Serweta 75x90cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów: odporność na penetrację płynów 100cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 78/50 kPa
- 9) 6 x taśma samoprzylepna 9cmx49cm

- 10) 2 x osłony na stopy z dwuwarstwowego laminatu 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
- 11) 2 x osłony na stopy z folii PE 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
- 12) 3 x kieszeń 3-sekcje 30x50cm
- 13) 2 x kieszeń 2-sekcje 35x40cm
- 14) 6 x taśma samoprzylepna 3x24,5cm
- 15) 6 x uchwyt Velcro 2,5x30cm
- 16) 1 x kieszeń 1-sekcja 35x40cm
- 17) 1 x czyścik do koagulacji 5x5cm
- 18) 1 x mata magnetyczna 40,6 x 25,4cm
- 19) 1 x magnetyczny licznik igieł i ostrzy 11,5x6x3,8cm, 20 miejsc

Zaproponowane przez nas wyroby były używane przez bezpośrednich użytkowników na bloku operacyjnym w Państwa jednostce w ramach podpisanej umowy przetargowej. Pragniemy również zaznaczyć, że w trakcie trwania umowy nie odnotowaliśmy reklamacji ani uwag odnośnie wad jakościowych dostarczanych wyrobów. Zwracamy się więc do Państwa z prośbą o dopuszczenie zaproponowanych wyrobów co umożliwi nam - producentowi wysokiej jakości wyrobów jednorazowego użytku przeznaczonych na salę operacyjną złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym postępowaniu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 dot. Zadania nr 1

Lub czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany sterylnie w torbę z przezroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią (w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania), zestaw do transportu podwójnie pakowany, w składzie:

- 1) 1 x Serweta na stół narzędziowy 150x190cm, (służąca też jako owinięcie zestawu), wykonanej w obszarze krytycznym z włókniny 23 g/m², folia PE 55 mikronów.
- 2) 1 x Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny XL, wykonany z włókniny typu SMS, z nieprzemakalnymi wstawkami w przedniej części i w rękawach, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, troki łączone kartonikiem, sposób złożenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, szew ultradźwiękowy w rękawach do wysokości wstawki.
- 3) 2 x Serweta 90x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m² o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa
- 4) 1 x trójwarstwowa serweta chirurgiczna do zabiegów kardiochirurgicznych w kształcie litery T, o wymiarach 180/200x340 cm, posiadająca otwór w okolicach klatki piersiowej o wymiarach 35x40 cm wypełniony folią chirurgiczną, otoczony warstwą wysokochłonną o wymiarach 75x60 cm z możliwością zamocowania drenów do krążenia pozaustrojowego. Serweta posiada samoprzylepną osłonę kroczka. Obłożenie wykonane z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 79 g/m² w strefie mniej krytycznej oraz laminatu trójwarstwowego o gramaturze 79 g/m² i laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 88 g/m² w strefie krytycznej wyrobu.
- 5) 1 x Serweta pod kończyny 175x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m² o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa
- 6) 2 x Wzmocniona osłona na stół mayo 79x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, parametry: folia PE 80 mikronów, w strefie krytycznej wzmocniona laminatem: folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 40 g/m²
- 7) 1 x Serweta 175x150cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego trzywarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów + warstwa celulozowa min 20 g/m² o parametrach: odporność na penetrację płynów 900cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho oraz na mokro 50 kPa
- 8) 2 x Serweta 75x90cm wykonana z laminatu nieprzemakalnego dwuwarstwowego w składzie: włóknina min 23g/m² + folia PE o grubości min 40 mikronów: odporność na penetrację płynów 100cm H₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho/mokro 78/50 kPa
- 9) 6 x taśma samoprzylepna 9cmx49cm
- 10) 2 x osłony na stopy z dwuwarstwowego laminatu 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
- 11) 2 x osłony na stopy z folii PE 28cmx36cm z taśmą samoprzylepną
- 12) 3 x kieszeń 3-sekcje 30x50cm
- 13) 2 x kieszeń 2-sekcje 35x40cm
- 14) 6 x taśma samoprzylepna 3x24,5cm

- 15) 6 x uchwyt Velcro 2,5x30cm
- 16) 1 x kieszeń 1-sekcja 35x40cm
- 17) 1 x czyścik do koagulacji 5x5cm
- 18) 1 x mata magnetyczna 40,6 x 25,4cm
- 19) 1 x magnetyczny licznik igieł i ostrzy 11,5x6x3,8cm, 20 miejsc

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy pakietu 1 – zestaw serwet do kardiochirurgii:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 1 z zestawu serwet do kardiochirurgii pozycji nr 17 tj. 1 x mata magnetyczna 40 x 25 cm(tolerancja rozmiaru +/- 1 cm) oraz pozycji nr 18 tj. 1 x magnetyczny licznik igieł i ostrzy 11 x 5 x 3 cm, 25 miejsc i utworzenie z nich osobnego pakietu.

Zwracamy się również o dopuszczenie fartuchów z mankietem poliestrowym zamiast bawełnianym.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza do wydzielenia. Zamawiający dopuszcza fartuchy z mankietem poliestrowym.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....

DYREKTOR SPSK-2