

Szczecin, dn. 20.05.2019 r.

Znak sprawy: ZP/220/36/19

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku***WYJAŚNIENIE NR 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1, dot. zadania nr 1 poz. 1:

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 w pozycji 1** dopuści zestaw do drenażu klatki piersiowej przystosowany do autotransfuzji, posiadający samouszczelniający się port **bez-igłowy**, dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem poprzez specjalną konstrukcję drenu, spełniający pozostałe warunki konieczne SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2, dot. zadania nr 1 poz. 3:

Czy Zamawiający w **Zadaniu nr 1 w pozycji 3** dopuści zestaw przezierny nie ze wszystkich stron, lecz z przodu, posiadający komorę kolekcyjną o pojemności 2100 ml (nastąpiła zmiana dokonana przez producenta w pojemności zestawu dotychczas używanego przez Zamawiającego), spełniający pozostałe warunki konieczne SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

*Z poważaniem*Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie
PODPIS W ORYGINALESporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka
Tel. 91 466 10 86

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Numery telefonów: centrala tel. 91 466 10 00,
Sekretariat Dyrektora oraz
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. 91 466 10 10, fax 91 466 10 15
KRS: 0000018427, NIP: 955-19-08-958, REGON: 000288900
Strona internetowa: www.spsk2-szczecin.pl adres e-mail: spsk2@spsk2-szczecin.pl

