

Szczecin, dn. 30.05.2017 r.

TELEFONY:**Centrala**

tel. 91 466 10 00

**Sekretariat Dyrektora
oraz****Zastępcy Dyrektora****ds. Ekonomiczno –****Administracyjnych**

tel. 91 466 10 10

fax. 91 466 10 15

Sekretariat**Zastępcy Dyrektora****ds. Lecznictwa**

tel. 91 466 10 16

Główny Księgowy

tel. 91 466 10 17

Naczelną Pielęgniarką

tel. 91 466 10 18

Dział Sprzedaży Usług**Medycznych i Marketingu**

tel. 91 466 10 45

Dział Zamówień**Publicznych**

tel. 91 466 10 86

Dział Organizacyjno-**Prawny**

tel. 91 466 10 29

Dział Administracyjno-**Gospodarczy**

tel. 91 466 10 54

Dział Zaopatrzenia

tel. 91 466 10 30

fax. 91 466 10 31

Dział Kadrowo-Placowy

tel. 91 466 10 39

Dział Techniczny

tel. 91 466 10 70

KRS: 0000018427**NIP:** 955-19-08-958**REGON:** 000288900**Strona internetowa**

spsk2-szczecin.pl

Poczta e-mail

spsk2@spsk2-szczecin.pl

Znak sprawy: ZP/220/37/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie stacji uzdatniania wody wraz z rozprowadzeniem wody zdejonizowanej i centralną dystrybucją koncentratu.

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.

Od lat istnieje alternatywne rozwiązanie zapewnienia wody do picia, z którego korzystają np. Szpital Bielański w Warszawie, Szpital w Mielcu, Ministerstwo Skarbu Państwa itd., obniżając znacznie wydatki na wodę oraz uwalniając powierzchnie zajmowane dotychczas przez butle, palety i stojaki do wody.

Czy w zapytaniu na dostawę stacji uzdatniania wody, rozważaliście Państwo dzierżawę wygodniejszych i tańszych w użytkowaniu mobilnych dystrybutorów sieciowych i czy zmienione zostaną wymogi w SIWZ do złożenia naszej oferty?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający w postępowaniu miał na myśli wodę potrzebną do wykonywania dializ a nie do picia.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem