

znak sprawy: ZP/220/38/18

Szczecin, dnia 15 maja 2018r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych do operacji kardiochirurgicznych**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

1. Czy Zamawiający, w zadaniu nr 2, wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do kardioplegii wg załączonego schematu EU80200, z możliwością dowolnej zmiany długości i grubości drenów oraz elementów zestawu, na życzenie Zamawiającego. Prosimy o wyrażenie zgody.

W załączeniu schemat zestawu do kardioplegii do zadania nr 2

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza proponowany zestaw. Schemat stanowi załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie 2 - dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści protezę naczyniową z zastawką aortalną dwupłatkową z wielorazowymi miarkami umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy zamiast w metalowym pudełku? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że proponowane opakowanie zestawu miarek nadaje się do sterylizacji plazmowej.

Pytanie 3 - dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści biologiczne stentowe protezy zastawki aortalnej i mitralnej z wielorazowymi miarkami umieszczonymi w dedykowanej plastikowej tacy? Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że proponowane opakowanie zestawu miarek nadaje się do sterylizacji plazmowej.

Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert tj:

- składanie do dnia 18 maja 2018r do 09:30
- otwarcie odbędzie się 18 maja 2018r o godz. 10:00

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem**DYREKTOR**

Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
(Podpis w oryginale)