



SAMODZIELNY
PUBLICZNY SZPITAL
KLINICZNY NR 2
PUM w Szczecinie

znak sprawy: ZP/220/38/19

Szczecin, dnia 10 czerwca 2019r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa zestawów do kaniulacji żył centralnych do wprowadzenia metodą Seldingera oraz filtrów antybakteryjno-wirusowych

Wyjaśnienia 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 1.1 dopuści przewodnik J 0,032" o długości 50cm dla cewnika 16cm i długości 60cm dla cewnika 20cm, spełniając pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pakiecie 1.2 dopuści przewodnik J 0,035" o długości 50cm dla cewnika 16cm i długości 60cm dla cewnika 20cm, spełniając pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pakiecie 1.3 dopuści przewodnik J 0,035" o długości 50cm dla cewnika 16cm i długości 60cm dla cewnika 20cm, spełniając pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Czy Zamawiający w pakiecie 1.4 dopuści przewodnik J 0,035" o długości 50cm dla cewnika 16cm i długości 60cm dla cewnika 20cm, spełniając pozostałe parametry?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje że wyznaczone terminy:

-składanie ofert do dnia 14-06-2019r do godz. 09:30

-otwarcie ofert odbędzie się o 14-06-2019r o godz. 10:00

pozostają bez zmian

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....

Sprawę prowadzi: Przemysław Frączek
p.fraczek@spsk2-szczecin.pl
Kierujący działem:
Eliza Koladyńska-Nowacka
T:+48 91 466 10 86

Pracownicy działu:
T:+48 91 466 10 87,10 88,
F: +48 91 466 11 13
E: zamowienia@spsk2-szczecin.pl

