

znak sprawy: ZP/220/39/18

Szczecin, dn. 17.05.2018 r.

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę mebli medycznych, krzesel, szaf metalowych i innego wyposażenia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. „Poprawa dostępności i jakości usług medycznych w zakresie chorób układu krążenia – Przebudowa pomieszczeń w budynku „W” i „K” wraz z wyposażeniem przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72 w Szczecinie”.*

## WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek, którego konstrukcja jest oparta na czterech kolumnach stalowych lakierowanych proszkowo?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 2 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wymiary szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza – za duża różnica w wymiarach.

### **Pytanie nr 3 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający blat górny z trzema (po bokach i z tyłu) wyprofilowanymi brzegami służącymi jako uchwyty do przetaczania wózka?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 4 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający fronty szuflad i uchwyty wykonane z tworzywa ABS?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 5 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający nośność szuflady do 10 kg?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza – za duża różnica.

### **Pytanie nr 6 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość szuflad: 3 x 15 cm oraz 1 x 22,5 cm?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

### **Pytanie nr 7 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość szuflad: 2 x 7,5 cm, 1 x 15 cm oraz 1 x 22,5 cm?



**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza – za niskie szuflady.

**Pytanie nr 8 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający górny blat roboczy wykonany z tworzywa ABS?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 9 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek, w którym płyta tylna i boczne wykonane są ze stali lakierowanej proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 10 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony z boku z trzy uchylne, tworzywowe kuwety np. na akcesoria medyczne (zamiast drucianego kosza)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający potrzebuje koszy.

**Pytanie nr 11 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w wieszak kroplówki z dwoma haczykami?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 12 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający całkowitą ładowność do 150 kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza – za duża różnica.

**Pytanie nr 13 - Zadanie nr 9 – Wózek resuscytacyjny**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający cztery cichobieżne kółka o średnicy 150 mm, w tym dwa z blokadą jazdy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 14 - Dotyczy pakietu. 8. Wózek transportowo-kąpielowy – 1szt. Pkt. 4.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowo-kąpielowy, którego komora wanny ma wymiary: szerokość dna wanny: 56cm, długość dna wanny: 186cm, głębokość: 24,5cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 15 - Dotyczy pakietu. 8. Wózek transportowo-kąpielowy – 1szt. Pkt. 5.**

Czy Zamawiający w tym punkcie wymaga dostarczenia wraz z wózkiem zamiennego blatu przystosowanego do transportu pacjentów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 16 - Dotyczy pakietu. 8. Wózek transportowo-kąpielowy – 1szt. Pkt. 6.**

Czy Zamawiający w tym punkcie wymaga, aby cała konstrukcja nośna wózka wykonana była ze stali nierdzewnej? Czy niedopuszczane będą wózki z konstrukcją lakierowaną proszkowo?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.



**Pytanie nr 17 - Dotyczy pakietu. 8. Wózek transportowo-kąpielowy – 1szt. Pkt. 7.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowo-kąpielowy, bez podręcznego zbiornika na zużytą wodę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 18 - Dotyczy pakietu. 8. Wózek transportowo-kąpielowy – 1szt. Pkt. 11.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek transportowo-kąpielowy, którego dopuszczalne obciążenie wynosi 140kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 19 - Dotyczy pakietu. 9. Wózek resuscytacyjny – 1szt. Pkt. 10.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego ściana tylna i boczne, wykonane są z lekkiego, nierdzewnego kompozytu aluminium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 20 - Dotyczy pakietu. 9. Wózek resuscytacyjny – 1szt. Pkt. 20.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wyposażony w 4 koła o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcami oraz jedno z blokadą kierunkową?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert:**

- składanie ofert do 22-05-2018 r. do godz. 09.30,

- otwarcie ofert: 22-05-2018 r. **o godz. 10.00.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

*Z poważaniem*

**DYREKTOR SPSK-2**

**PODPIS W ORYGINALE**

Sporządziła: Eliza Koladyńska - Nowacka  
Tel. 91 466 10 86

