

znak sprawy: ZP/220/44/15

Szczecin, dnia 19.05.2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa portów naczyniowych do chemioterapii i igieł do portów**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1, Dotyczy pozycji 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Portów wykonanych w całości z tytanu (komora i obudowa portu wykonana z tytanu) wraz z kompletem akcesoriów do wprowadzenia. Komora portu w kształcie zbliżonym do wycinka stożka z wcięciami zapewniającymi pewny i stabilny chwyt, z bocznym ułożeniem kaniuli wyjściowej.

Komora o objętości 0,7ml (port standardowy), 0,4ml (port niskoprofilowy), 0,3ml (port mini) cewnik silikonowy lub poliuretanowy z oznaczoną długością co 1 cm. Rozmiar cewnika: silikonowy 7,5Fr i 9,6Fr, poliuretanowy 8Fr, długość 660mm dla portów standardowych, poliuretanowy 6,6 Fr, 550mm dla portów niskoprofilowych. Port wraz z kompletnym zestawem wprowadzającym.

Port kompatybilny ze środowiskiem MRI; port dający możliwość dozowania kontrastu do tomografii komputerowej.

Każdy zestaw zawiera pakiet edukacyjny dla pacjenta (karta identyfikacyjna, opaska, instrukcja użytkowania).

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 2, Dotyczy pozycji 2:**

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Igła typu Hubera z motylkiem, drenem 15cm, zaciskiem i systemem zapobiegającym przypadkowemu zakłuciu. Dostępne rozmiary: grubość: 19Ga długość: 19mm, 25,4mm,

grubość 20Ga długość: 13, 19, 25,4mm.

Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji.

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody.****Pytanie 3**

1. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 1 porty do chemioterapii zgodne z poniższą specyfikacją:

-komora tytanowa z obudową/osłoną z polisulfonu w kształcie delta z silikonowym zakończeniami
 -dostępny w rozmiarze standardowym: ciężar 8,6g, objętość wewnętrzna 0,5 ml, wysokość 13,2mm, podstawa 35x27mm oraz małym: ciężar 4,6g, objętość wewnętrzna 0,25ml, wysokość 10,6mm, podstawa 30x22mm

cewnik silikonowy 6,5F cieniujący w RTG o dł. 80cm z oznaczeniem długości co 1 cm oraz opisem co 5cm

zestaw wprowadzający zawiera:

igła Seldingera 18G (70 mm)

przewodnik z osłonką rozrywaną

drut wprowadzający J (500 mm długości)

tunelizator tępo zakończony

igła Surecan prosta 22G(typu Huber)

podnośnik żylny

10 ml strzykawka

igła Surecan ze skrzydełkami 20G 20mm (typu Huber)

Membrana silikonowa, samouszczelniająca, do 3000 nakłuć. Przeznaczony do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową. Paszport i instrukcja w języku polskim. Możliwość podania kontrastu pod wysokim ciśnieniem do 325psi.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

2. Czy Zamawiający wymaga aby port posiadał w miejsce otworów do przyszycia silikonowe zakończenia ograniczające przerastanie tkanki włóknistej?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby port posiadał w miejsce otworów do przyszycia silikonowe zakończenia ograniczające przerastanie tkanki włóknistej.

Pytanie 5

3. Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 2 igłę do portu zagiętą pod kątem 90O, posiadającą szlif łyżeczkowy, z drem o dł. 20cm (+/-1cm) z oznaczeniem grubości igły oraz maksymalnym ciśnieniem? Igła przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem do 325psi. Rozmiary G19 (15mm, 20mm, 25mm), G20 (15mm, 20mm, 25mm, 30mm), G22 (12mm, 15mm, 20mm, 25mm)

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 7

2. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca, Kupującemu przysługują kary umowne w następującej wysokości:

a/ w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii wyrobów lub opóźnienia w dostarczeniu wyrobu wolnego od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii wyrobów, jednak nie mniej niż **10 zł** za każdy dzień opóźnienia oraz **nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii**

b/ w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 13 umowy) – w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy określonej w § 6 umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert.

- składanie ofert: do 22.05.2015 godz. 09:30

-otwarcie ofert: 22.05.2015 godz. 10:30

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2