
znak sprawy: ZP/220/44/15**Szczecin, dnia 20.05.2015r****w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa portów naczyniowych do chemioterapii i igieł do portów****Wyjaśnienia 2**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W związku z faktem, że odpowiedź na pytanie nr 4 całkowicie zmieniła opis wymaganego w SIWZ-ie przedmiotu zamówienia i po wyżej wymienionej odpowiedzi, do postępowania może przystąpić tylko 1 firma – Aesculap Chifa, prosimy by zamiast słowa „wymaga” było słowo „dopuszcza”. Jednocześnie informujemy że opisany w przedmiocie zamówienia port jest tak wykonany (tytanowa komora zatopiona w silikonowej obudowie w kształcie), by zapobiegać przyrastaniu tkanki włóknistej.

Odpowiedź**Zamawiający nie zmienia udzielonej odpowiedzi.****Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.**

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2