

Szczecin, dn. 27.08.2012 r.

znak sprawy: ZP/220/46/12

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do parametrów wymaganych – załącznik nr 4 do formularza oferty do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu prosimy o informację czy Zamawiający dopuści aparat kompatybilny z osprzętem innym niż firmy Fresenius. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o szczegółowy wykaz materiałów i osprzętu jednorazowego firmy Fresenius, z którym oferowane aparaty mają być kompatybilne.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykaz materiałów i osprzętu jednorazowego firmy Fresenius:

- linie Krwi
- dializatory
- kapsuły wodorowęglowe
- preparaty do dezynfekcji aparatów
- filtry do hemofiltracji
- płyny do plazmaferezy.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym **Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert**. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem