

Szczecin, dn. 25.06.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/46/15

w sprawie: dostawa rurek intubacyjnych, tracheostomijnych, ustno-gardłowych i nosowo-gardłowych oraz
dzierżawę aparatów do pomiaru czasu krzepnięcia krwi wraz z dostawą probówek dla SPSK-2

WYJAŚNIENIE NR 2

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Wykonawca I:

Pytanie nr 1 Dot. Zadania 2: ze względu na wieloletnią współpracę z Zamawiającym w zakresie zadania 2 prosimy o dopuszczenie aparatów ACT opisanych w tabeli parametrów technicznych poniżej. Pragniemy podkreślić, że urządzenia te są z powodzeniem stosowane u Państwa w chwili obecnej i spełniają wszystkie wymogi dotyczące pomiarów ACT.

Parametry techniczne dotyczące probówek do ACT spełniamy we wszystkich punktach wymogów niniejszego SIWZ.

APARAT DO POMIARU CZASU KRZEPLIWOŚCI KRWI

PARAMETRY TECHNICZNE:

Lp	Parametry techniczne i inne informacje
	Parametry techniczne wymagane
1	Aparaty zasilane sieciowo z pojedynczą komorą pomiarową lub sieciowo-bateryjnie na żądanie Zamawiającego
2	Automatyczny test kontrolny przy każdorazowym włączaniu urządzenia
3	Zakończenie pomiaru komunikowane sygnałem dźwiękowym (z możliwością wyciszenia) oraz wyświetlaniem rezultatu na monitorze urządzenia
4	Aparaty z podwójnym detektorem magnetycznym umieszczonym w komorze pomiarowej, zlokalizowanym w 0° i 90° w celu precyzyjnych wyników ACT
5	Widoczny z daleka odczyt pomiarów – duży wyświetlacz
6	Instrukcja obsługi – (obsługa aparatów oparta o proste menu w języku polskim)
7	Aparaty posiadające certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego.
8	Aparaty poręczne i łatwe w transporcie, maksymalne wymiary: wysokość 15cm, szerokość: 15cm, 15cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 dot. zad.2: zwracamy się z prośbą o dopuszczenie aparatów do ACT, które są sprawne, posiadają aktualne przeglądy techniczne, których rok produkcji jest nie wcześniej niż 2013r.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga; pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

.....
DYREKTOR SPSK-2