

Szczecin, dn. 11.06.2013 r.

znak sprawy: ZP/220/48/13

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 dot. wzoru umowy – § 6 pkt 1 c:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy:

„czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu awarii faksem”

na zapis:

„czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu pięciu dni roboczych po zgłoszeniu awarii faksem” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2 dot. wzoru umowy – § 9 pkt 1 a:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu:

„w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w wysokości 1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1”

na zapis

„w przypadku opóźnienia w przekazaniu sprzętu w rozumieniu § 4 niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3 dot. wzoru umowy – § 9 pkt 1 b:

Czy Zamawiający dopuści zmianę zapisu:

„w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,5 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1”

na zapis:

„w przypadku nieprzystąpienia do usunięcia wad sprzętu w terminie określonym w § 6 ust. 1 lit c) niniejszej umowy – w wysokości 0,1 % za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto umowy określonej w § 2 ust. 1”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. zał. nr 4 - Parametry wymagane dotyczące mikroskopu operacyjnego, pozycji nr 23:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zaawansowanego mikroskopu operacyjnego - okulistycznego, który nie zawiera podziałki kątovej w okularze (ułatwiającej wszczepianie soczewek torycznych)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, gdyż, jak sam Wykonawca zauważył, podziałka kątowa w okularze ułatwia wszczepianie soczewek torycznych.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. **Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.** Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem