

Szczecin, dn. 08.07.2016 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Znak sprawy: ZP/220/55/16***Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli medycznych, krzesel oraz innego wyposażenia.***WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:**Wzór umowy:**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §10 ust. 1a z 0,5% do 0,2% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto nie dostarczonych mebli, jednak nie mniej niż 50 zł za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2:**Wzór umowy:**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §10 ust. 1b ze 100 zł do 50 zł za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3:**Wzór umowy:**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmniejszy kary umowne wskazane w §10 ust. 1c ze 100 zł do 50 zł za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o długości całkowitej równej 2000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o szerokości całkowitej (z barierkami bocznymi) równej 750 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z regulacją wysokości dokonywaną za pomocą dźwigni nożnej w zakresie od 600 do 900 mm?

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy w odniesieniu do zapisów z punktu 4 tabeli, Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek o wymiarach materaca: długość 1915 mm oraz szerokość 586 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 8:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z kątem przechyłu Trendelenburga od 0° do 23°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 9:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem dwuczęściowym – oparcie pleców oraz segment stały?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 10:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek z materacem bez uchwytów umożliwiających przeniesienie pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 11:**Załącznik nr 5 do formularza oferty, Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający przychyli się do prośby i zmieni zapisy z punktu 21 tabeli na: „Zastępczy egzemplarz na czas naprawy trwającej więcej niż 3 dni”? Z obecnego zapisu wynika, że Zamawiający może żądać zastępczego egzemplarza nawet przy naprawach trwających kilka godzin.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie nr 12:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający wymaga aby wózek był wyposażony w 2 poręcze boczne wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej zamiast ze stali chromowanej. Barierki ze stali nierdzewnej polerowanej wyglądają jak chromowane jednak są dużo bardziej odporne i gwarantują długoletnie użytkowanie bez zardzewień i zmian w powierzchni materiału.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga i dokona stosownej modyfikacji.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Pocztą e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie nr 13:****Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów o długości całkowitej 2050 mm i szerokości całkowitej 730 mm, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 14:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 600-900 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 15:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów z leżem o wymiarach 573 x 1950 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 16:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów o bezpiecznym obciążeniu 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów z kołami o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów z regulacją wysokości w zakresie 650-950 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z regulacją oparcia pleców 0-87°?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 20:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej o długości leża 1950 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie nr 21:****Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej z kątem przechyłu Trendelenburga jak i anty-Trendelenburga +/-12°?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej o maksymalnym udźwigu 250 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 23:**Zadanie nr 3: Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej:**

Czy Zamawiający dopuści wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej bez odboi, ale z krążkami odbojowymi w narożnikach wózka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ:

- 1) **Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 5 do formularza oferty w zakresie zadania nr 3. Zamawiający w załączeniu przekazuje zmodyfikowany załącznik.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

