

znak sprawy: ZP/220/65/14

Szczecin, dnia 09-07-2014r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa jednorazowej bielizny szpitalnej i obłożeń chirurgicznych**Wyjaśnienia 4**

W związku z wpływieniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W nawiązaniu do Wyjaśnień Zamawiającego z dnia 30.06.2014r. (pytanie 25) prosimy Zamawiającego o zweryfikowanie swojego stanowiska i o dopuszczenie sterylnej zestawy uniwersalnej do zabiegów długich, trójwarstwowej na całej powierzchni o gramaturze 66g/m² o układzie warstw; włóknina polipropylenowa (od pacjenta), folia polietylenowa (warstwa barierowa) i włóknina polipropylenowa mniej pyłacej niż wiskozowa, laminat ten mam bardzo wysoką odporność na penetrację płynów, tj. 200cmH₂O (norma EN 13795 dla zabiegów o podwyższonym ryzyku wymaga jedynie 100cmH₂O), a współczynnik absorpcji wynosi min. 400% (norma EN13795 nie narzuca poziomu absorpcji). Nadmieniamy iż obłożenie w tym pakiecie jest opisane jako przeznaczone do długich zabiegów, czy wobec tego jako takie powinno spełniać wymagania wysokie normy PN EN 13795-3 przewidziane dla takich właśnie wyrobów? Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm
- 2 x serweta 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku zamiast 75x90cm
- 1 x serweta 196x 200 cm, przylepna zamiast 170x175cm
- 1 x serweta 160x260 cm, przylepna zamiast 150x240cm
- 1 x taśma typu rzep 2,5 cm x 13cm która jest rozwiązaniem nowocześniejszym niż taśma samoprzylepna gdyż pozwala na wielokrotne przepinanie kabli i drenów w zależności od zaistniałej potrzeby.
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta Zestaw pakowany w opakowanie czterowarstwowe, tj. karton transportowy, torba foliowa (zabezpieczenie przed kurzem i pyłami), wentylowana torba foliowa (opakowanie jednostkowe zestawu), papier krepowy lub włóknina lub serweta na stolik narzędziowy (druga warstwa opakowania o jałowej zawartości).

Odpowiedź**Zamawiający ponownie wyjaśnia, że nie dopuszcza proponowanego wyrobu.****Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.***Z poważaniem*.....
DYREKTOR SPSK-2