

Szczecin, dn. 20.09.2016 r.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz****Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**

tel. 91 466 10 16

Główny Księgowy
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarkę**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Znak sprawy: ZP/220/67/16**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie wieży endoskopowej wraz z wideokolonoskopem oraz zestawu endoskopowego wraz z histeroskopem.

WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1. Dotyczy zadania nr 2, poz. 34

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania histeroskop o kącie patrzenia 20 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, podrozdział III, punkt 4 oraz podrozdział IX, punkt 1, podpunkt 1.1 oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 3, ustęp 1:

Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23% - np.: wyposażenie wózka endoskopowego, tj.: uchwyty, pojemnik) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w SIWZ – rozdział I, podrozdział III, punkt 4 oraz podrozdział IX, punkt 1, podpunkt 1.1 oraz we wzorze umowy, rozdział III, paragraf 3, ustęp 1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał tych dokumentów (jeżeli wyrób nie jest wyrobem medycznym Zamawiający nie może wymagać w/w dokumentów).

Pytanie 3. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, podrozdział IX, punkt 1, podpunkt 1.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty ulotek, folderów w języku polskim wystawionych przez autoryzowanego Dystrybutora Producenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca może załączyć również instrukcję obsługi, a taką chyba posiada nawet jeżeli nie jest Producentem lub autoryzowanym Przedstawicielem Producenta.

Pytanie 4. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, podrozdział IX, punkt 1, podpunkt 1.2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę części zapisu podpunktu 1.2 na następujący: „(...) Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia do oferty oświadczenia wystawionego przez Producenta bądź autoryzowanego Przedstawiciela Producenta lub autoryzowanego Dystrybutora Producenta zawierającego wymagane informacje. (...)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 5. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział I, podrozdział IX, punkt 1, podpunkt 1.2:

Czy ze względu na objętość materiałów informacyjnych producenta wraz z tłumaczeniem na język polski, Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie ich do oferty na płycie CD?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II (Warunki realizacji zamówienia), punkt 1, podpunkt a) i b) oraz załącznika nr 3:

Sprzęt będący przedmiotem zamówienia jest produkowany w niewielkich seriach w specjalistycznych fabrykach, w kontrolowanych warunkach. Nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu. Czy wobec tych faktów Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia sprzętu z datą produkcji 2016 i umożliwi złożenie oferty na sprzęt wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 r.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 7. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II (Warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt a) oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt a):

Uszkodzenia aparatów które wymagają naprawy mogą być wywołane wadami sprzętu lub wynikiem wypadku czy urazu które nie są spowodowane wadami materiałowymi czy technologicznymi. Dlatego prosimy o zmodyfikowanie punktu i nadanie mu następującego brzmienia: „(...) najpóźniej po trzeciej naprawie **gwarancyjnej** tego samego elementu (...)”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II (Warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt e) oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt e):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin o którym mowa w podpunktach e) był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie 9. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II (Warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt g) oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt g):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w podpunktach g) był liczony w dniach roboczych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie 10. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II (Warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt h) oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt h):

Nie jest możliwe określenie która z potencjalnych napraw jest istotna a która nie. Praktycznie każda naprawa jest naprawą istotną ponieważ bez jej wykonania sprzęt nie może być wykorzystywany. Czy w związku z tym Zamawiający zmodyfikuje podpunkt h i nada mu następujące brzmienie: „Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w zamian za sprzęt wadliwy sprzęt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie 11. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 2, ustęp 2 (szósty myślnik):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę szóstego myślnika na następujący: „koszty przeglądów technicznych za wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie przez Sprzedającego w formie maila (poczta elektroniczna) otrzymanie zgłoszenia o awarii sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie 13. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,4% za każdy dzień opóźnienia, licząc od wartości brutto zadania?

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Pocztą e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Wykonawca będzie należycie realizował umowę kary umowne będą tylko suchym zapisem. Zadając takie pytanie Wykonawca na wstępie już zakłada, że nie zamierza należycie realizować umowy.

Pytanie 14. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu b) następującego zapisu: „(...) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna w podpunkcie b) była liczona od wartości danego sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 16. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt c): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości brutto umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Wykonawca będzie należycie realizował umowę kary umowne będą tylko suchym zapisem. Zadając takie pytanie Wykonawca na wstępie już zakłada, że nie zamierza należycie realizować umowy.

Pytanie 17. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 0,4% wartości brutto umowy, za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Jeżeli Wykonawca będzie należycie realizował umowę kary umowne będą tylko suchym zapisem. Zadając takie pytanie Wykonawca na wstępie już zakłada, że nie zamierza należycie realizować umowy.

Pytanie 18. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do podpunktu b) następującego zapisu: „(...) ale nie więcej niż 10% wartości umowy”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19. Dotyczy zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 9, ustęp 1, podpunkt d): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby kara umowna w podpunkcie d) była liczona od wartości naprawianego sprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20. Dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, zadanie nr 1 oraz 2 (tabela cenowa): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na stosowną modyfikację i dodanie dodatkowego wiersza w tabeli cenowej z wykazaniem produktów zawierających 23% stawkę podatku VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający oczekuje podania jednej ceny za cały przedmiot zamówienia. Zamawiającego nie interesują pojedyncze ceny za każdą przysłowiową śrubkę.

Pytanie 21.

Czy Zamawiający dopuści alternatywny zestaw endoskopowy o poniższych parametrach?
UZASADNIENIE: Zestaw o poniższych parametrach był przez kilka tygodni demonstrowany w Pracowni Endoskopii, a jego możliwości zostały wysoko ocenione przez użytkowników.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

I. PROCESOR WIZYJNY WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI HD	
1.	Funkcja uwytatnienia naczyń krwionośnych i struktury tkanek i-scan
2.	Wyjścia typu: <ul style="list-style-type: none">• 1 x DVI-D (do podłączenia monitora medycznego)• 2x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji• 1 x USB do podłączenia pamięci zewnętrznej• 3 x wyjście sygnału sterującego przesyłaniem zdjęć i filmów
3.	Wyjścia sygnału wideo: RGB, VGA, DVI, Y/C x2, SYNC BNC oraz komunikacyjne RJ45
4.	Możliwość obrazowania w różnych pasmach światła z optyczno-cyfrową filtracją długości pasma światła
5.	Wycięcie min 3 zakresów pasma światła (pasma czerwonego, zielonego, niebieskiego)
6.	Dowolna programowalność wszystkich funkcji procesora na 4 przyciski endoskopów (również rejestracja zdjęć i filmów)
7.	Pompa insuflacyjna z pięciostopniową regulacją pracy (0,1,2,3,4,5)
8.	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy oświetleniem typu LED
9.	Funkcja obrazowania w stopniach <ul style="list-style-type: none">- detekcji (3 stopnie)- zarysu tkanki (3 stopnie)- weryfikacji zmiany (3 stopnie)
10.	Podłączenie endoskopu do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
11.	Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego
12.	Bezpośredni dostęp do 3 funkcji wycięcia pasma światła z panelu przedniego z niezależnych przycisków
13.	Zewnętrzna klawiatura sterująca funkcjami procesora
14.	Możliwość podłączenia przycisku nożnego do sterowania funkcjami procesora
15.	Pełna kompatybilność z oferowanymi endoskopami
16.	Zintegrowane źródło światła ksenon o mocy 300W
17.	Zabezpieczenie przed przerwą w pracy za pomocą nowoczesnego oświetlenia LED, włączane automatycznie lub ręcznie
18.	Możliwość regulacji ręcznej oświetlenia w 9 stopniach
19.	Możliwość regulacji barwy czerwonej w 9 stopniach
20.	Możliwość regulacji barwy niebieskiej w 9 stopniach
21.	Automatyczny balans bieli
22.	Możliwość zapisania 40 pacjentów w menu wewnętrznym procesora wizyjnego
II. WÓZEK ENDOSKOPOWY	
1.	Podstawa jezdna z dwoma blokowanymi kołami.
2.	Ramię do montażu monitora umożliwiające regulację położenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej.
3.	Wieszak na minimum dwa endoskopy
4.	Regulowane półki
5.	Listwa zasilająca – 8 gniazd
6.	Wysuwana szuflada na klawiaturę
III. POMPA DO SPŁUKIWANIA POLA OBSERWACJI	

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

1.	Kompatybilny z posiadanymi z oferowanym wideokoloskopem
2.	Uruchamianie przyciskiem nożnym
3.	Pojemnik na wodę autoklawowalny
4.	Możliwość stosowania jednorazowych adapterów umożliwiających splukiwanie poprzez kanał roboczy gastrokopu
IV. MONITOR MEDYCZNY LCD	
1.	Przekątna 26 cali z matrycą LCD
2.	Kąt widzenia min 178 stopni
3.	Zewnętrzny transformator napięcia
4.	Kompatybilność z oferowanym procesorem za pomocą złącza DVI-D
5.	Współczynnik kontrastu 1400:1
6.	Rozdzielczość 1920x1080
V. WIDEOKOLONOSKOP HDTV	
1.	Średnica kanału roboczego –3,8 mm
2.	Średnica zewnętrzna wziernika –13,2 mm
3.	Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej –13,2 mm
4.	Chip CCD w końcówce endoskopu z obrazowaniem w pełnej wysokiej rozdzielczości
5.	Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego
6.	Dzielona sztywność wziernika w 3 odcinkach wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia kontrolę podczas wprowadzania wideokoloskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita
7.	Kąt obserwacji –140 st.
8.	Wlot kanału biopsyjnego typu Luer
9.	Złącze konektora kanału Water Jet typu Luer
10.	Zawór testera szczelności w konektorze
11.	3 przyciski dowolnie programowalne znajdujące się na rękojeści endoskopu
12.	System głębi ostrości 4-100mm
13.	Długość robocza 1500mm
14.	Obsługa trybu pracy w wąskich pasmach światła (pełna kompatybilność w wszystkimi funkcjami oferowanego procesora wizyjnego
15.	Kanał płuczący WaterJet – gniazdo zintegrowane z konektorem do procesora
16.	System z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora
17.	Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu
18.	Światłowód łączący konektor z rękojeścią wyposażony w gumowy kompensator naprężenia
19.	Rękojeść endoskopu z oznaczeniem modelu endoskopu w możliwością rozbudowy o system oznakowania kodem paskowym do systemu rejestracji procesów mycia
20.	Tryb obrazowania w filtracji optyczno-cyfrowej dla dolnego odcinka przewodu pokarmowego
21.	Możliwość obrazowania w wąskich pasmach światła w filtracji - 3 zakresów widma

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

22.	Aparat w pełni zanurzalny z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych przed działaniem środków dezynfekcyjnych
-----	--

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga sprzętu, który będzie kompatybilny z wyrobami posiadanymi przez niego.

Pytanie 22. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, wzór umowy, § 6 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 6 ust. 1a zgodnie z poniższym: „nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu; w przypadku stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego *istotnego* elementu zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, wzór umowy, § 6 ust. 1e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1e zgodnie z poniższym: „w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż siedem dni *roboczych* Wykonawca...”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji.

Pytanie 24. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, wzór umowy, § 6 ust. 1i

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 1i zgodnie z poniższym: „w innych przypadkach niż określone w lit. H, termin gwarancji ulega przedłużonemu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać *o ile przestój trwał powyżej 7 dni roboczych*”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 25. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, wzór umowy, § 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych wyszczególnionych odpowiednio z 0,2% na 0,1%, 1% na 0,1%, 10% na 5% oraz z 100zł na 50 zł w przypadkach opisanych w § 9 umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 26. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział III, wzór umowy, § 11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 11 ust. 1 poprzez dodanie następującej treści:

„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 27. Dotyczy punktu 1.

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z aparatami Olympus serii 165 i 160, ponieważ przedmiotem zamówienia jest cały tor wizyjny, który pracuje niezależnie od pozostałego wyposażenia pracowni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z kompatybilności z aparatami Olympus serii 165 i 160.

Pytanie 28. Dotyczy punktu 6.

Czy zamawiający zgodzi się na realizowanie tej funkcji przez monitor? Nie ma to żadnego wpływu na przeprowadzone badania.

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Pocztą e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie 29.** Dotyczy punktu 7.

Czy zamawiający dopuści funkcję obrazowania w wąskich pasmach światła z filtrem cyfrowym?

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 30. Dotyczy punktu 11.

Czy zamawiający dopuści proste intuicyjne menu procesora w języku angielskim oraz instrukcję obsługi w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga menu w j. polskim.

Pytanie 31. Dotyczy punktu 12.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 32. Dotyczy punktu 13.

Czy zamawiający zrezygnuje z wymogu wyjścia analogowego YpbPr, ponieważ specyfikowany sprzęt przez zamawiającego jest wysokiej rozdzielczości i nie jest wyświetlany przez wyjścia analogowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 33. Dotyczy punktu 19.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 34. Dotyczy punktu 25.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje z zapisu.

Pytanie 35. Dotyczy punktu 27.

Czy zamawiający dopuści sterowanie pompą z przycisku nożnego?

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 36. Dotyczy punktu 28

Czy zamawiający dopuści procesor z możliwością zaprogramowania dowolnej funkcji na jednym klawiszu dostępnym z panelu przedniego?

Odpowiedź:

Dopuszcza nie wymaga.

Pytanie 37. Dotyczy punktu 29.

Czy zamawiający zrezygnuje z tego wymogu? Wszystkie potrzebne funkcje są dostępne z przycisków aparatów oraz na łatwiej dostępnym panelu przednim procesora.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zrezygnuje.

Pytanie 38. Dotyczy punktu 30.

Czy zamawiający dopuści możliwość podłączenia jednego przycisku nożnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości podłączenia przynajmniej dwóch programowalnych przycisków nożnych.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie 39.** Dotyczy punktu 31.

Czy zamawiający dopuści przewód połączeniowy jako integralną część endoskopu?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

III. Pompa do sflukiwania pola operacyjnego**Pytanie 40.** Dotyczy punktu 3.

Czy zamawiający dopuści pompę uruchamianą z przycisku nożnego?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 41. Dotyczy punktu 4.

Czy zamawiający dopuści słoje 1 litr?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga słoje o pojemności min. 2 litry.

Dotyczy: IV Monitor Medyczny 26"**Pytanie 42.** Dotyczy punktu 1.

Czy zamawiający dopuści monitor z matrycą TFT LCD (LED)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga matrycy IPS.

Pytanie 43. Dotyczy punktu 2.

Czy zamawiający dopuści monitor medyczny o rozmiarze ekranu 24"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 44. Dotyczy punktu 2.

Czy zamawiający dopuści monitor medyczny o rozmiarze ekranu 27"?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga monitora medycznego o rozmiarze ekranu min. 26".

Dotyczy: V Wideokolonoskop**Pytanie 45.** Dotyczy punktu 2.

Czy zamawiający dopuści średnicę kanału roboczego 3,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga średnicy kanałów roboczych 3,7 mm.

Pytanie 46. Dotyczy punktu 3.

Czy zamawiający wymaga średnicy zewnętrznej wziernika max 12,8 mm?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 47. Dotyczy punktu 6.

Czy zamawiający dopuści głębię ostrości 3-100 mm?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 48. Dotyczy punktu 7.

Czy zamawiający dopuści wideokolonoskop z dowolnie programowalnymi 3 przyciskami na głowicy endoskopu? Możliwość przypisania dwóch funkcji do jednego przycisku (stopklatka i robienie zdjęcia).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga min. 4 programowalnych przycisków.

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl**Pytanie 49.** Dotyczy punktu 9.

Czy zamawiający dopuści wideokolonoskop o długości 1690 mm?

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 50. Dotyczy punktu 10.

NBI to nazwa własna firmy Olympus. Rozumiemy, że zamawiający chce aby aparat obsługiwał trybu pracy w wąskich pasmach światła?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obsługi trybu pracy w wąskim paśmie światła.

Pytanie 51. Dotyczy punktu 11.

Czy zamawiający dopuści aparat z łatwo zamykanym zabezpieczeniem tylko wyczki elektronicznej?

Takie zabezpieczenie znacznie wydłuża żywotność aparatu.

Odpowiedź:

Dopuści nie wymaga.

Pytanie 52. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział II (warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt c) oraz zapisów wzoru umowy, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt c):

Diagnostyka sprzętu endoskopowego, a następnie jego naprawa wymaga posiadania dedykowanego, bardzo specjalistycznego sprzętu i narzędzi, w które jest wyposażony jedynie serwis stacjonarny. Dlatego aparaty i urządzenia są transportowane zazwyczaj do serwisu celem naprawy i diagnostyki. Czy w związku z powyższym zamawiający zmodyfikuje treść punktu i doda brzmienie: „(...) lub jeśli sprzęt wymaga dostarczenia do serwisu stacjonarnego w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu sprzętu.”? Logistyka, koszty transportu są po stronie gwaranta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokona stosownej modyfikacji, pod warunkiem, że logistyka i koszty transportu będą po stronie Wykonawcy.

Pytanie 53. Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział XXII, rozdział II (warunki realizacji zamówienia), punkt 5, podpunkt a) oraz zapisów wzoru umowy, rozdział III, paragraf 6, ustęp 1, podpunkt a):W czasie gwarancji mogą nastąpić różne przyczyny dla których urządzenia (elementy zestawu lub podzespoły urządzeń) wymagają naprawy, w tym uszkodzenia które powstają w wyniku działania niezgodnego z instrukcją obsługi, wypadków, uszkodzeń mechanicznych, które w takim momencie nie są objęte gwarancją. Dlatego prosimy o doprecyzowanie zapisu i dodanie następującej treści: „(...) najpóźniej po trzeciej naprawie gwarancyjnej tego samego elementu zestawu lub podzespołu (...)”.**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.

1) rozdział II, pkt. 5 otrzymuje następujące brzmienie:**„5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na dostarczony sprzęt na okres min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na następujących warunkach:**

- a) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu; w przypadku stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu;
- b) bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych**
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa**
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług
Medycznych i Marketingu**
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień
Publicznych**
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-
Prawny**
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-
Gospodarczy**
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS: 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900****Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

- c) czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu awarii faksem lub jeśli sprzęt wymaga dostarczenia do serwisu stacjonarnego w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu sprzętu; Wykonawca ponosi wszelkie koszty logistyczne i koszty transportu;
- d) przeglądy techniczne podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta, ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji; każdy przegląd zakończony wystawieniem świadectwa walidacji (certyfikatem jakości i bezpieczeństwa urządzenia);
- e) **w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż siedem dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy;** dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt;
- f) sprzęt zastępczy powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP, powinien być w pełni sprawny technicznie oraz posiadać parametry nie gorsze od sprzętu podlegającego naprawie;
- g) **dostawa sprzętu zastępczego oraz wszelkie czynności prowadzące do jego uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać ze sprzętu zastępczego najpóźniej w ósmym dniu roboczym od zgłoszenia awarii;**
- h) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w zamian za sprzęt wadliwy sprzęt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu.
- i) w innych przypadkach niż określone w lit. h, termin gwarancji ulega przedłużonemu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać, jak również o okres, w którym Zamawiający korzystał ze sprzętu zastępczego.”

2) rozdział III, § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6

- 1. Sprzedający udziela gwarancji na sprzęt na okres (min. 24) miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu na następujących warunkach:
 - a) nieodpłatne usunięcie przez autoryzowany serwis producenta wszystkich wad sprzętu; w przypadku stwierdzenia wad elementu zestawu lub podzespołu najpóźniej po trzeciej naprawie tego samego elementu zestawu lub podzespołu następuje wymiana na fabrycznie nowy sprzęt lub element zestawu;
 - b) bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30;
 - c) czas przystąpienia do naprawy w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu dwóch dni roboczych po zgłoszeniu awarii faksem lub jeśli sprzęt wymaga dostarczenia do serwisu stacjonarnego w ciągu dwóch dni roboczych po otrzymaniu sprzętu; Wykonawca ponosi wszelkie koszty logistyczne i koszty transportu;
 - d) przeglądy techniczne podczas trwania gwarancji w terminach wymaganych przez producenta, ostatni przegląd nie wcześniej niż na miesiąc przed upływem terminu gwarancji; każdy przegląd zakończony wystawieniem świadectwa walidacji (certyfikatem jakości i bezpieczeństwa urządzenia);
 - e) **w przypadku awarii sprzętu i naprawy trwającej dłużej niż siedem dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu na czas naprawy sprzęt zastępczy;** dostawę i późniejszy odbiór sprzętu zastępczego, jego montaż i uruchomienie oraz późniejszy demontaż Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny koszt;
 - f) sprzęt zastępczy powinien być dopuszczony do obrotu na terenie RP, powinien być w pełni sprawny technicznie oraz posiadać parametry nie gorsze od sprzętu podlegającego naprawie;
 - g) **dostawa sprzętu zastępczego oraz wszelkie czynności prowadzące do jego uruchomienia Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w taki sposób, by Zamawiający mógł korzystać ze sprzętu zastępczego najpóźniej w ósmym dniu roboczym od zgłoszenia awarii;**

TELEFONY:**Centrala**
tel. 91 466 10 00**Sekretariat Dyrektora**
oraz
Zastępcy Dyrektora
ds. Ekonomiczno –
Administracyjnych
tel. 91 466 10 10
fax. 91 466 10 15**Sekretariat**
Zastępcy Dyrektora
ds. Lecznictwa
tel. 91 466 10 16**Główny Księgowy**
tel. 91 466 10 17**Naczelną Pielęgniarką**
tel. 91 466 10 18**Dział Sprzedaży Usług**
Medycznych i Marketingu
tel. 91 466 10 45**Dział Zamówień**
Publicznych
tel. 91 466 10 86**Dział Organizacyjno-**
Prawny
tel. 91 466 10 29**Dział Administracyjno-**
Gospodarczy
tel. 91 466 10 54**Dział Zaopatrzenia**
tel. 91 466 10 30
fax. 91 466 10 31**Dział Kadrowo-Placowy**
tel. 91 466 10 39**Dział Techniczny**
tel. 91 466 10 70**KRS:** 0000018427
NIP: 955-19-08-958
REGON: 000288900**Strona internetowa**
spsk2-szczecin.pl**Poczta e-mail**
spsk2@spsk2-szczecin.pl

- h) jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dostarczył Zamawiającemu w zamian za sprzęt wadliwy sprzęt wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego sprzętu.
- i) w innych przypadkach niż określone w lit. h, termin gwarancji ulega przedłużonemu o czas, w ciągu którego wskutek wady sprzętu objętego gwarancją Zamawiający nie mógł z niego korzystać, jak również o okres, w którym Zamawiający korzystał ze sprzętu zastępczego.
2. Sprzedający zobowiązany jest potwierdzić Kupującemu faksem lub e-mailem otrzymanie zgłoszenia awarii sprzętu.
3. Sprzedający zobowiązany jest przystąpić do przeglądów, o których mowa w ust. 1 lit. d) bez odrębnego wzywania przez Kupującego. Sprzedający po wykonaniu przeglądu technicznego zobowiązany jest wpisać w paszporcie datę następnego przeglądu oraz przekazać Kupującemu kartę pracy lub raport z wykonanego przeglądu.”

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

