

Szczecin, dn. 22.10.2013 r.

znak sprawy: ZP/220/89/13

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż, instalację i uruchomienie aparatu RTG ogólnodiagnostycznego typu DRF do radiografii i fluoroskopii (telekomando).

DOPRECYZOWANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 58 PKT. C**Pytanie 1:**

Rozumiemy, że odpowiedź Zamawiającego „C) Zgodnie z SIWZ” oznacza, że sterowanie zmianą wysokości warstwy może być realizowana wyłącznie z konsoli operatora w sterowni, przy zachowaniu wszystkich pozostałych wymogów SIWZ w tym zakresie. Prosimy o potwierdzenie

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że odpowiedź „C) Zgodnie z SIWZ” oznacza, że dopuszcza się sterowania zmianą wysokości warstwy, które może być realizowane wyłącznie z konsoli operatora w sterowni, zachowując jednocześnie pozostałe wymogi SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmiany do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. **Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.** Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem