

Szczecin, dn. 18.02.2016 r.

**Znak sprawy: ZP/220/05/16**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę systemu elektroanatomicznego 3D do ablacji zaburzeń rytmu serca wraz z dostawą elektrod oraz dostawa kardiowerterów – defibrylatorów serca.*

## **WYJAŚNIENIE NR 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ NR 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie nr 1:**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 6 wzoru umowy na następujące:  
„Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy aparatu nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną”.

### **Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona stosownej modyfikacji.

### **Pytanie nr 2:**

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 9 ust. 4 wzoru umowy na następujące:  
„W razie awarii aparatu której czas naprawy będzie trwał dłużej niż 14 dni roboczych lub w przypadku konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu na czas naprawy zastępczy aparat.

### **Odpowiedz:**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę i dokona stosownej modyfikacji.

### **Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający w ramach Zadania nr 1 pkt. 1.1 i 1.2 dopuści elektrodę ablacyjną RF do systemu elektroanatomicznego 3D z chłodzeniem cieczą o średnicy 8F spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

### **Odpowiedz:**

Zamawiający dopuszcza.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejszym Zamawiający informuje o dokonaniu modyfikacji SIWZ.

### **1) rozdział III, § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:**

„4. W razie awarii aparatu której czas naprawy będzie trwał dłużej niż 14 dni roboczych lub w przypadku konieczności wykonania naprawy w warsztacie serwisowym Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania Kupującemu na czas naprawy zastępczy aparat.”

### **2) rozdział III, § 9 ust. 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy aparatu nie później niż w ciągu siedmiu dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia faxem lub drogą elektroniczną.”

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

*Z poważaniem*