

znak sprawy: ZP/220/09/16

Szczecin, dnia 29.02.2016r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa biologicznych zastawek aortalnych do implantacji przezudowej i przezkoniuszkowej drogą małoinwazyjną z akcesoriami do implantacji

Wyjaśnienia 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy pozycji 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby:

W Załączniku nr 4 Formularz cen jednostkowych pozycja nr 1 (na 30 szt zastawek):

zamiast punktów:

9. System wprowadzający przez naczyniowo w rozmiarach 14F i 16F oraz

10. System do wprowadzania przez koniuszek serca w rozmiarach 18F i 21F

umieścić zapis:

pkt 9. System wprowadzający przez naczyniowo w rozmiarach 16F, 18F i 20F;

pkt. 10 System do wprowadzania przez koniuszek serca w rozmiarach 24F i 26F

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. W załączeniu znajdują się poprawiony formularz cen jednostkowych w zakresie udzielonych wyjaśnień.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2