

---

Szczecin 19-11-2013r

znak sprawy: ZP/220/102/13

w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku

**Wyjaśnienia nr 2**

W związku z omyłką pisarską w odpowiedzi na pytanie 25 w wyjaśnieniach nr 1 polegająca na nie pełnej treści pytania Zamawiający poniżej udziela ponownie odpowiedzi na to pytanie uwzględniającej brakującą treść

**Pytanie 25**

**Zadanie 2 poz. 1**

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych wraz z precyzyjnym regulatorem szybkości przepływu w kroplówce o precyzyjności od 5 do 300ml na godzinę. Opakowanie jednostkowe wykonane z folii pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.**

*Z poważaniem*

.....  
**DYREKTOR SPSK-2 PUM W SZCZECINIE**