

Szczecin, dn. 25.03.2013 r.

znak sprawy: ZP/220/22/13

Dotyczy: przetargu nieograniczonego **na dostawę soczewek wewnątrzgałkowych**

Wyjaśnienie nr 3

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia w postępowaniu przetargowym oferty na soczewki w zakresie mocy od -10,0 D do +30,0 D dostępne co 1,0D i od +12,5D do 25,5 D dostępne co 0,5 D przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający niniejszym pismem dopuścił soczewki o zbliżonym dioptrażu do tego, który został wskazany w SIWZ. Odpowiedzi na pytania zostają zamieszczone na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert, w związku z tym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert upływa 28.3.2013 - 9:00

Warunki otwarcia ofert 28.3.2013 - 10:00

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian

.....
*/Dyrektor SPSK Nr 2 PUM
w Szczecinie/*