

---

znak sprawy: ZP/220/23/15

Szczecin, dnia 12-03-2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dzierżawa urządzenia do wykonywania biopsji gruboigłowej gruczołu piersiowego wspomaganej próżnią pod kontrolą USG wraz z dostawą materiałów zużywalnych

**Wyjaśnienia 1**

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Zamawiający w parametrach wymaganych w pkt 7 określa możliwość stosowania co najmniej dwóch rozmiarów igieł z zakresu 7-12G, natomiast w załączniku nr 4 w formularzu cen jednostkowych pkt 1 podaje średnice 7-8G i 11-12 G dlatego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści igłę o rozmiarze 10G?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuszcza igły 10G. Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch rozmiarów igły z podanego zakresu tj. co najmniej jednej z zakresu 7-8G i co najmniej jednej z zakresu 11-12G.**

**Pytanie nr 2**

Dotyczy wzoru umowy (Dostawy Wyrobów, pkt 2) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu potwierdzenia faksem dnia otrzymania zamówienia ?

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie odstępuje.**

**Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.**

*Z poważaniem*

.....  
**DYREKTOR SPSK-2**