

Szczecin, dn. 22.04.2015 r.

Znak sprawy: ZP/220/29/15*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę elektrod, stymulatorów i defibrylatorów serca i innego sprzętu zużywalnego w Pracowni Elektrofizjologii.***WYJAŚNIENIE NR 1****Pytanie nr 1:****Dotyczy zad 2 pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści elektrody wewnątrzsercowe diagnostyczne niesterowalne o czterech krzywiznach w tym krzywizna HIS ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:**Dotyczy zad 2 pozycja 2:**

Czy Zamawiający dopuści elektrody wewnątrzsercowe diagnostyczne niesterowalne 10-polowe o średnicy 5 i 6 F?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3:**Dotyczy zad 4:**

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 elektrody ablacyjne jednokierunkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4:**Dotyczy zad 5:**

Czy Zamawiający dopuści elektrody jednokierunkowe z chłodzoną końcówką i trzema krzywiznami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5:**Dotyczy zad 6:**

Czy Zamawiający dopuści elektrody ablacyjne RF z końcówką o dużej przewodności cieplnej o trzech krzywiznach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 6:**Dotyczy zad 2:**

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 2 dopuści koszulkę długą z zastawką do zabiegów transseptalnych o długości 59 cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w ramach pakietu nr 3 określając elektrodę jako „Uwidaczniana przez system CARO3” ma na myśli elektrodę automatycznie rozpoznawalną przez system elektroanatomiczny Carto3?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. Zamawiający nie przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem