

Szczecin, dn. 17.09.2012 r.

Znak sprawy: ZP/220/36/12

Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą butli i dzierżawą zbiornika kriogenicznego do tlenu ciekłego medycznego z kompletem parownicWYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następującego wyjaśnienia:

Pytanie 1:

Wnoszący zapytanie Wykonawca zwraca się prośbą o doprecyzowanie zakresu dostawy odnoszącego się do parownic?

Czy zakres dostawy obejmować ma dostawę 2 parownic atmosferycznych służących do zamiany ciekłego gazu w formę gazową przed podaniem do sieci, czy też chodzi o dostawę (tak jak w obecnie istniejącej instalacji) jednej parownicy atmosferycznej oraz parownicy odbudowy ciśnienia, która jest integralną częścią zbiornika kriogenicznego.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodzi o dostawę – tak jak w obecnie istniejącej instalacji tlenu ciekłego medycznego – jednej parownicy atmosferycznej oraz parownicy odbudowy ciśnienia, która jest integralną częścią zbiornika kriogenicznego.

Wykonawcy powinni uwzględnić powyższe zmiany podczas przygotowywania i składania ofert.

Z poważaniem

.....
DYREKTOR SPSK-2 PUM
W SZCZECINIE