

Szczecin 27-04-2016 r.

Znak sprawy: ZP/220/42/16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w czynnym budynku szpitala robót budowlanych polegających na przebudowie Sali operacyjnej Kliniki Kardiochirurgii SPSK-2.

WYJAŚNIENIE NR 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy dostawa kolumny laparoskopowej wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Dostawa kolumny laparoskopowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2

Czy dostawa kolumn chirurgicznej i anestezjologicznej wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Dostawa kolumn chirurgicznej i anestezjologicznej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy kolumny na sali operacyjnej oraz ścienna rezerwa gazów medycznych mają być zasilane z jednej tej samej skrzynki zaworowo-kontrolnej, czy ze względów bezpieczeństwa by zapewnić ciągłość dostaw gazów medycznych (np. w przypadku uszkodzenia węży w kolumnach), z dwóch niezależnych obwodów: skrzynka zaworowo-kontrolna dla kolumn i osobna skrzynka zaworowo-kontrolna dla rezerw ściennych?

Odpowiedź:

Mają być zasilane z dwóch niezależnych obwodów: skrzynka zaworowo-kontrolna dla kolumn i osobna skrzynka zaworowo-kontrolna dla rezerw ściennych.

Pytanie nr 4

Do sali przygotowania pacjenta doprowadzony jest podtlenek azotu, czy zamawiający wymaga by do sali operacyjnej również doprowadzić podtlenek azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5

Czy kolumny na sali operacyjnej oraz ścienna rezerwa gazów medycznych mają być zasilane z jednej tej samej skrzynki zaworowo – kontrolnej, czy ze względów bezpieczeństwa, by zapewnić ciągłość dostaw gazów medycznych (np. w przypadku uszkodzenia węży w kolumnach), z dwóch niezależnych obwodów: skrzynka zaworowo – kontrolna dla kolumn i osobna skrzynka zaworowo – kontrolna dla rezerw ściennych?

Odpowiedź:

Mają być zasilane z dwóch niezależnych obwodów: skrzynka zaworowo-kontrolna dla kolumn i osobna skrzynka zaworowo-kontrolna dla rezerw ściennych.

Pytanie nr 6

Do sali przygotowania pacjenta doprowadzony jest podtlenek azotu. Czy Zamawiający wymaga by do

Sali operacyjnej również doprowadzić podtlenek azotu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 7

Czy kolumna laparoskopowa wchodzi w zakres zamówienia?

Odpowiedź:

Dostawa kolumny laparoskopowej nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8

Czy w istniejącym stropie laminarnym, który pozostaje bez zmian, należy wymienić filtry absolutne na nowe, czy pozostawić stare?

Odpowiedź:

Należy wymienić filtry absolutne na nowe.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem