

Znak Sprawy: ZP/220/49/16**Szczecin, dn. 01.06.2016 r.***Dotyczy : postępowania na dostawę odczynników do zakładania, prowadzenia i ukończenia hodowli komórkowych in vitro oraz odczynników do diagnostyki zakażeń Treponema pallidum*

Wyjaśnienie nr 1

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

1. W nawiązaniu do powyższego postępowania zwracamy się z następującym pytaniem: Czy zamawiający zgodzi się na zaproponowanie testów Western Blot zawierających na paskach rekombinowane antygeny: Tp 47, TmpA, Tp 257, Tp 453, Tp 17, Tp 15 dla klasy IgG oraz IgM oraz konfekcjonowanych po 20 pasków w opakowaniu? Zaproponowane paski posiadają możliwość odczytu elektronicznego za pomocą udostępnianego przez nas oprogramowania komputerowego oraz spełniają stawiany przez Zamawiającego warunek inkubacji w temperaturze pokojowej.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga testów WesternBlot posiadających panel antygenów natywnych określonych szczegółowo w specyfikacji. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Wykonawca nr 2

W związku z toczącym się postępowaniem zwracamy się z następującymi pytaniami w zakresie **zadania nr 2**:

1. Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane zestawy do diagnostyki przeciwciał Treponema pallidum w klasie IgG i IgM zawierały antygeny natywne czy rekombinowane?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga antygenów natywnych.

2. Jakiej trwałości odczynników po ich otwarciu oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź: Po otwarciu odczynniki muszą posiadać trwałość przez 6 miesięcy.

3. Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty metodyki wykonania oznaczeń?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w zakresie zadania nr 2 najpóźniej przy pierwszej dostawie dołączenia metodyki wykonania oznaczeń.

W związku z powyższym zmianie ulega treść § 2 ust. 2 wzoru umowy który otrzymuje następujące brzmienie: 2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej przy pierwszej dostawie dostarczyć aktualne karty charakterystyki odczynników w formie papierowej lub na płycie CD. Dodatkowo w zakresie zadania nr 2 najpóźniej przy pierwszej dostawie Wykonawca dostarczy metodyki wykonania oznaczeń.

Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

Z poważaniem