

znak sprawy: ZP/220/56/15

Szczecin, dnia 24-07-2015r

w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa rękawic diagnostycznych

Wyjaśnienia 4

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1 - dotyczy wzoru umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu § 6. ust. 7 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody****Pytanie nr 2 - Pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawic teksturowanych (mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców).

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza****Pytanie nr 3 - Pozycja 3**

Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie określił pokrycia wewnętrznego rękawic, które ma wpływ na użytkowanie rękawic, ale i na ich jakość i pozwala pod tym względem zróżnicować rękawice bezpydrowe, prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje rękawic z wewnętrzną powłoką polimerową z fabryczną informacją o pokryciu wewnętrznym na opakowaniu, co potwierdza, iż każde dostarczane opakowanie zawiera rękawice z taką powłoką?

Odpowiedź**Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.****Pytanie nr 4****W nawiązaniu do treści wyjaśnień nr 1 z dn.20.07.2015 – Pytanie 5 Poz.2:**

Zamawiający został wprowadzony w błąd w treści pytania nr 5 pozycja 2. Rękawice nitrylowe wykonane z gumy syntetycznej są produkowane w procesie wulkanizacji, gdzie dodawane są przyspieszacze tej reakcji (akceleratorzy). Akceleratorzy są związkami mogącymi powodować reakcję alergiczną typu IV. Pomimo, iż są substancjami których zawartość można ograniczyć przy produkcji nie można wykluczyć ich obecności w produkcie końcowym (podobnie jak w przypadku protein lateksu). Zgodnie z zapisami normy EN420, obowiązkowej dla środków ochrony osobistej na opakowaniu rękawic ochronnych musi widnieć informacja o możliwych reakcjach alergicznych albo co najmniej wskazanie, gdzie takie informacje można uzyskać. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga rękawic podwójnie oznakowanych, tj. spełniających normę EN420, wymóg zapisów dot. potencjalnych reakcji alergicznych na opakowaniu jest jednoznaczny. Prosimy zatem o ponowne rozpatrzenie odpowiedzi na pytanie 5 dot. pozycji 2 z wyjaśnień nr 1 z dn.20.07.2015.

Odpowiedź**Zamawiający nie zmienia odpowiedzi**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem.....
DYREKTOR SPSK-2